

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 110026
Alım No : 25/1679
Talep Eden Birim : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ
Konu : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 10.11.2025 10:00

06.11.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	DEFİBLATÖR İÇİN R2 PAD (MINDRAY BENEHEART D3)		KR1039 - 909	50,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMLAR SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

DEFİBRİLATÖR PACEMAKER- AED ELEKTROT PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Elektrot pedleri hastanemizde Mindray Marka BeneHeart D3 model defibrilatör Cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Elektrot pedleri 0-25kg ağırlığında hastaya kullanılabilir olmalıdır.
- 3- Elektrot pedi ile cihazın bağlantı kablosu en az 100 cm olmalıdır.
- 4- Elektrot pedlerinin maksimum yapışma süresi en az 24 saat olmalıdır.
(Bu husus orijinal katalogda gösterilmelidir.)
- 5- Elektrot pedlerinin maksimum EKG monitörizasyon süresi en az 24 saat olmalıdır.
(Bu Husus orijinal katalogda gösterilmelidir.)
- 6- Elektrot pedlerinin defibrilasyon sayısı 350 joule için en az 50 şoklama yapacak Özellikte olmalıdır. (Bu husus orijinal katalogda gösterilmelidir.)
- 7- Elektrot pedlerinin pacing süresi en az 8 saat olmalıdır.
- 8- Elektrot pedlerinin çalışma sıcaklığı en az 0c ile 50c arasında olmalıdır.
- 9- Elektrot pedlerinin hasar skoru olmalıdır.
- 10- Ped lerin üzerinde görsel olarak uygulama sırasıyla gösterilmelidir.
- 11- Elektrot ped üreticinin ürettiği orijinal aksesuar olmalıdır.
- 12- Teslim edilecek ürünün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
- 13- Ürünler numune üzerinden denenip uygunluğuna karar verilecektir.

Doç. Dr. Enes Elvin GÜL
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tss. No: 143698

Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Ahmet Lütfi SERTDEMİR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tss. No: 150678