

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 110027
Alım No : 25/1681
Talep Eden Birim : ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA SERVİSİ
Konu : ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 10.11.2025 10:00

06.11.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	İNSÜLİN KALEMİ UCU			3.000,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı suť koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

İNSÜLİN KALEMİ İĞNE UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Siparişi verilen iğne uçları miadları itibariyle teslim tarihinden itibaren minimum 12 ay miadlı olacaktır. Miadın bitimine 3 ay kala teslim edilen malzemeler fiyat artışı gözetmeksizin uzun miadlarla değiştirilecektir. Sözleşme sona ermiş olsa bile 15 gün zarfında değişim yapılacaktır.
2. İğne uçlarında Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş usullere uyulacaktır. Ambalajları üzerine son kullanma tarihleri açık bir şekilde yazılı olacak, okunmayan, ileride silinecek gibi olanlar kabul edilmeyecektir.
3. İnsülin kalem ucu tek kullanımlık, steril edilmiş ve non-toksik apirojen olmalıdır.
4. İğne uçları silikonla kaplı olmalı, cilde kolay giren özellikte olmalıdır; Travma insidansı düşük olmalı, ağrı minimum düzeyde olmalıdır, Lateks içermemeli ve anti alerjik olmalıdır.
5. İğneler kaleme vidalama sistemiyle kolaylıkla takılıp, vidalama sistemiyle kolaylıkla kalemenden çıkartılabilme özelliğinde olmalıdır.
6. Türkiye'de var olan bütün insülin kalemlerine uyum sağlamalıdır. Tüm kalemlere uyumluluk sertifikasına sahip olmalıdır.
7. İğne ve kalem ajutajı birbirine uyum sağlamalı ve hiçbir şekilde dışarıya insülin sızdırmamalıdır.
8. Yerli üretim için TSE belgesine; ithal üretilenler için TSE uyumluluk veya FDA, CE veya eşdeğeri uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.
9. Kalem ucu iğneler 4mm, 5mm ve 6mm uzunluğunda 31 G ve 32 G çapında olmalıdır.
10. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt eder.
11. Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir. Satıcı firma 10 'ar adet numuneyi depoya teslim etmelidir.

04/11/2025
Prof. Dr. Feriye KAPAKUM
NEO Meram Tıp Fakültesi
İç Hast. A.D. Endokrinoloji ve
Metabolizma Hast. Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 65821

04/11/2025
A.E.O. Meram Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Bilim Dalı