

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

23.10.2026

İstem No : 118553
Alım No : 26/1689
Talep Eden Birim : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 27.10.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	VİTREORETİNAL LENS			12,00	ADET		
2	RETROBULBER İĞNE UCU		GZ1003 - 12	150,00	ADET		
3	CER. SÜT. POLYESTER BEYAZ ÖRGÜLÜ EMİLEMEYEN ÇİFT İĞNE NO:6/0 EP 0.7 8MM 45 CM			24,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HÜSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde Vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan


tıbbi malzemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.


NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

DİSPOSABLE VİTREORETİNAL LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lens, yüksek çözünürlüklü optik kaliteye sahip ve disposable tipte olmalıdır.
2. Lens, plastik yapıda olmalıdır ve kullanımdan sonra kolay bir şekilde çıkartılabilmelidir.
3. Lens, hastanede kullanılmakta olan Zeiss marka RESIGHT model vitreoretinal görüntüleme ataçmanına uyumlu olmalıdır.
4. Lens 60°-130° derece arasında görüş alanı sağlamalıdır.
5. Lens, orijinal kutusunda steril olarak teslim edilmelidir.
6. Lens 1 kutu içerisinde 12 adet olmalıdır.
7. Lens'in kutusunun üzerinde son sterilizasyon tarihi yazmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet OKKA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 35798/47698


Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 11544 / 80325



Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman GÜNDOĞAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 183802

Figure 1

RECEIVED
JAN 14 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.

[Handwritten signature]

26.1

1. RETROBULBER İĞNE UCU

1. Oküler anestezide kullanılmak üzere retrobulber (atkinson) tipi iğne ucu olmalıdır.
2. 25 G - 38 mm boyutlarında olmalıdır.
3. Ürün steril disposable paketlerde olmalıdır.
4. Teklif verecek firmalar istenen miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecektir.


2. 6/0 POLYESTER SÜTÜR

1. Sütür göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Cerrahi sentetik multifilament absorbe olmayan polyester ipliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisine uygun olmalıdır.
3. Çift spatül iğne olmalıdır.
4. İğne uzunluğu 8 mm olmalıdır. Sütür uzunluğu 45 cm olmalıdır.
5. İğne yarıçapı 1/4 olmalıdır.
6. Her kutuda 12 adet olmalıdır.
7. İğneler 300 mikron kalınlığında olmalıdır.
8. Sütür rengi beyaz olmalıdır.
9. Sütür Avrupa menşeli olmalıdır.
10. Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanıklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.
11. Sentetik multifilament absorbe olmayan iplik iğneye takılı durumda ve kıvrılmayı engelleyecek şekilde paketlenmiş olmalı, iğne tutulup çekildiğinde, iplik tek hamlede poşetten düz bir biçimde çıkmalı, iplik poşetten çıktığında kıvrımlar minimum olmalıdır. İplik paketten çıkarken düğüm olmamalıdır.
12. Ürün ambalajı kullanım anına kadar sterilitésinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı steril ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde yapıştırmalı etiket ve sticker kesinlikle olmamalı, ürün ile ilgili açıklayıcı bilgiler steril iç ambalaj üzerine basılı olmalıdır. Ürünlerin kutuları üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
13. Yüksek esneklik ve yüksek çekme özelliğine sahip olmalıdır.
14. Dokulardan yumuşak geçiş, doku sürüklenme ve ayarlanabilirliği yüksek olmalıdır.
15. İğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır
16. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip, bükülüp kırılmaması için paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
17. Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır.
18. Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerinde olmalıdır.
19. Malzeme kullanım anına kadar sterilesini koruyacak şekilde ambalajlanmış olmalı ve paket üzerinde ürün bilgileri orijinal baskılı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 115464 / 80325

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman GÜNDÜĞAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 193902

Prof. Dr. Mehmet OKKA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 35798 / 47698



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the bottom center of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the bottom right corner of the page.

20. Ürün için katalog verilmelidir.

21. Sütür iğnesi kıvrılmaya yada bükülmeye karşı dayanıklı olması için özel alaşımlı 304 çelikten imal edilmiş olmalı ve Karbon 0.071; Cb 0.100; Kobalt 0.220, Krom 18.600, Bakır 0.280, Mangan 1.300; Molibden 0.130; Azot 0.024, Nikel 8.730; Fosfor 0,021; Silisyum 0.72; Kükürt <0.001 Demir Dengesi ihtiva etmelidir. Dokudan atravmatik geçiş yapabilmesi için silikonize olmalıdır. İğne ile ilgili istenen özellikler mutlaka belgelendirilmelidir.

22. Sterilizasyon yöntemi EO olmalıdır.

23. Üründen 1 adet numune verilecektir. Numunelerin kullanılması sonucunda karar verilecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 115464 / 80325


Dr. Öğr. Üyesi Dr. Mehmet OKKA
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 193902

Prof. Dr. Mehmet OKKA
N.E.Ü. Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 35796/47698

Handwritten scribble or signature.

Handwritten text, possibly a date or reference number.

Handwritten text, possibly a date or reference number.