

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 108637 02.09.2025
Alım No : 25/1328
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 08.09.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SOĞUK HAVA DEPOSU VE BUZDOLAPLARI KALİBRASYON YAPILMASI HİZMETİ			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(2 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SOĞUK ODA- BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCU KALİBRASYON HİZMET ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

I. TANIM

Bu teknik şartname, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılan soğuk oda, buzdolabı ve derin dondurucu kalibrasyonunu kapsar.

II. KALİBRASYON HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yaptırılacak olan kalibrasyon hizmeti, hastanemize ait aşağıda listede olan soğuk oda, buzdolabı ve derin dondurucuların kalibrasyonunu kapsar.
2. Yüklenici firma aşağıdaki belgelere sahip olmalı ve bu belgeleri teklif mektubuyla beraber sunmalıdır. Belgesi tam olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• **TS EN ISO/IEC 17025:2005 Kalibrasyon Laboratuvarı Yeterliliği**

3. Kalibrasyon hizmeti, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu tarafından metroloji ve kalibrasyon konusunda sertifikalandırılmış uzmanlar veya teknikerler tarafından yapılacak ve ilgili personelin eğitim belgeleri beyan edilecektir.
4. Kalibrasyon hizmeti hastane içerisinde (yerinde) sunulacaktır , Hastanede kalibrasyon hizmeti sunulamayan cihazlar firmanın laboratuvarında yapılacaktır. Cihazların tüm taşıma giderleri ve sorumlulukları firmaya aittir.
5. Yüklenici firma tarafından kalibrasyon işlemleri için görevlendirilen personele ait her türlü iş güvenliği konusunda yüklenici firma kendisi yükümlüdür.
6. 1 yıl içerisinde kalibrasyon ihtiyacı olan cihazlar(tamire giden, listeye eklenmeyen ve yeni alınan) verilen teklif fiyatıyla tekrar yapılmalıdır.
7. **İzlenebilirlik amacıyla, kalibrasyonda kullanılacak referans cihazların ve kalibratörlerin kalibrasyon sertifikası örnekleri, cihazlarla ilgili ölçüm raporları ile birlikte Kalibrasyon Merkezimize verilmelidir.**
8. Kalibrasyon hizmeti sunan firmanın konaklama, ulaşım giderleri vb. gibi giderler yüklenici firmanın kendisi tarafından karşılanacaktır.
9. Eksik veya yanlış olduğu tespit edilen sertifikaların firmaya bildirilmesinden en geç 3 (üç) iş günü sonunda düzeltmeler yapılarak hastaneye iletilecektir.
10. Ölçüm değerleri toleransların dışında kalan veya kullanım dışı olan cihazlar drumuna göre etiketlenecek ve her bir cihaz için uygunsuzluğu net açıklayan rapor sertifikalarla birlikte hastaneye sunulacaktır.
11. Kalibrasyon etiketleri cihazların üzerine kalibrasyonu gerçekleştiren yüklenici firma tarafından yapıştırılacaktır.
12. Cihazların kalibrasyonu esnasında kalibrasyon firması tarafından cihaza verilen zararlar (cihaz arızası, maddi hasar) hastane idaresi tarafından talep edilen süre içerisinde kalibrasyonu yapan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
13. Kalibrasyon hizmetini sunacak kalibrasyon firması; çalışanlarının kalibre ettikleri cihazları başka sağlık kuruluşlarında da kalibre ettiklerini ve yeterliliklerini kanıtlayan belgeler (Referans Listeleri ile birlikte) satınalma birimine sunacaklardır.
14. Kalibrasyon hizmetini sunacak firma; en az bir üniversite, araştırma ve uygulama hastanesi kalibrasyon hizmetini gerçekleştirmiş olacak ve bu hususu belgelendirecektir.
15. Firma biyomedikal kalibrasyon konusunda en az iki (2) yıl tecrübeye sahip olacak ve bu hususu belgelendirecektir.
16. Kalibrasyon hizmetini verecek yüklenici bir ihtara gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmek, koruyucu malzemeyi bulundurmak ve kullanımla mükelleftir. Bu konudaki doğabilecek her

NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkezi
Etiler Caddesi, Beşiktaş/İstanbul

NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkezi
Etiler Caddesi, Beşiktaş/İstanbul

NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkezi
Etiler Caddesi, Beşiktaş/İstanbul

türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici sorumludur.

17. Kalibrasyon hizmetini verecek yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Sosyal Güvenlik Yasalarına dayalı işçilerin her türlü özlük ve sosyal haklarını karşılamak, iş emniyetini sağlamak, çalışma sırasında kullanılacak ve iş güvenliğini sağlayacak araç-gereç bulundurmak ve kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
18. Kalibrasyon hizmetini verecek yüklenici İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı hükümlerine göre her türlü koruyucu sağlık ve güvenlik önlemlerini kendi hesabına alacak ve işçilerin tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir.

SIRA NO	SOĞUK HAVA DEPOSU (+)2-8 DERECE	BUZDOLABI (İlaç veya kit dolabı) (+)2-8 DERECE	DERİN DONDURUCU (-25)-(-)35 DERECE	DERİN DONDURUCU (-)18 DERECE	DERİN DONDURUCU (-)80 DERECE	DERİN DONDURUCU (+2) (+8)--- (-20)
1	15 adet	43 adet	9 adet	1 adet	8 adet	1 adet


Mustafa YAMAS
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkezi
End. Ölçüm Teknikeri


Abdullah BACCI
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkezi


Mustafa YAMAS
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkezi
Biyomedikal Teknikeri