

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 108782 09.09.2025
Alım No : 25/1373
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 16.09.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	EKG KABLOSU			30,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EKG
CİHAZLARI İÇİN EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- EKG kablosu hastanemiz genelindeki aşağıda bilgileri verilmiş cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Leadler DIN standardı tipinde ve her iki ucunda renk kodlu ve renk kodlarını gösteren harfler olmalıdır.
- 3- İstemi yapılan EKG kabloları kırılmalara karşı dayanıklı esnek malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 4- İstemi yapılan EKG kabloları en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 5- İstemi yapılan EKG kabloları 10 leadli olmalıdır.
- 6-Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı kablo cihaz gövdesine vidalanabilmelidir.
- 7- Kabloların CE belgesi olmalıdır.
- 8- EKG kabloları hastanede bulunan **GE marka MAC 2000** model cihazlara uyumlu **20** adet kablo alınacaktır.
- 9- Kablolar orijinal ambalajında olmalıdır.
- 10-Teklif verecek firma numune getirecek , numuneler en az 1 hafta süreyle cihaz üzerinde denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

Büyükokmaz
N.E.O. Meram Tıp Fakültesi
Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Merkezi
Biyomedikal Teknisyeni

Pınar KAMÇI
N.E.O. Meram Tıp Fakültesi
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkezi
Biyomedikal Teknisyeni