

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 108818
Alım No : 25/1411
Talep Eden Birim : ECZANE
Konu : ECZANE İÇİN 1 KALEM İLAÇ ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 16.09.2025 10:00

15.09.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TER TESTİ .			400,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

1. Fiyatlandırmada barkod numarası yazmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

- 2.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 4.Firma teklif proformalarında birim fiyat, toplam fiyat, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olacaktır. Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 5.Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 6.Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 7-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 8-Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır
- 9-ÖDEMELER;

DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNCA KABUL RAPORU
DÜZENLENMESİNDEN İTİBAREN EN GEÇ (90) GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2025 ve/...../2025 tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir.....firma teklif vermiştir.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

TER TESTİ KİT TEKNİK ŞARTNAME

Ter testi uygulaması; Terletme, Numune Toplama ve Ölçme işlemleri CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) C34-A4 ' e ve S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ter Testi Rehberi'ne uygun olarak yapılmalıdır.

Terletme metodu : Iontoforez metoduna uygun çalışmalıdır.

*Pilocarpin Nitrat konsantrasyonu maksimum % 0.5 olmalı ve CF 19,8 mg Disc Jel isimli ilaç Rx Media sisteminde kaydı olmalıdır.

*Kullanılan tüm sarf malzemeler kontrol, kalibratör, pilokarpin içeren materyal ve cihaz birbiriyle uyumlu (aynı marka) olmalıdır.

*Ter toplama işlemi : Ter toplama işlemi kollektör aparatı/microbore tubing ile sağlanmalıdır.

* Ter toplanması esnasında hastalık bulaşmasını önlemek amacıyla yönelik hijyen nedeniyle ve kol bantlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonuna (iş gücü ve zaman tasarrufu, maliyetleme) gerek duyulmaması nedeniyle ayarlanabilir tek kullanımlık kol bandı olmalıdır.

*Toplanacak ter miktarı: Kantitatif sonuç verildiğinden dolayı, minimum 15 µL olmalıdır ve DAHA AZ ter numunesinde ölçüm yapılmamalıdır.

*Terde klor ölçüm metodu: Coulometrik prensiple Cl cinsinden sonuç verilmelidir.

*CLSI 'a göre; Hastanın ter testinin çalışması sonunda çıkan neticenin doğru olup olmadığının ve cihazın doğru çalışıp çalışmadığının analitik kalite kontrolü için farklı değerlerde üç seviyeli kontrol ve kalibrasyon solüsyonları ile kalibrasyon ve linearizasyon doğrulama yapılabilmelidir.

Prof. Dr. V. Metem ENERGIN
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Öğretim Üyesi
Dip. Tes. No: 35413

Prof. Dr. Seygi PEKCAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Göğüs Hastalıkları B.D.
Dip. Tes. No: 3584