

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109013
Alım No : 25/1412
Talep Eden Birim : ANJİOGRAFİ VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Konu : ANJİOGRAFİ VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 19.09.2025 10:00

16.09.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	PORT KATETER (BASINCA DAYANIKLI) PEDIATRİK		GR1271 - 286	15,00	ADET		
2	DOKU YAPIŞTIRICI(CERRAHİ ALANLAR/ENDOVASKÜLER KULLANIM İÇİN)0.5ML		OR4146 - 61	20,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı

tarihde de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2025 ve/...../2025 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

PORT, TİTANYUM, PEDİATRİK [BASINCA DAYANIKLI] SANTRAL VENÖZ PORT KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (GR1271)

1. Kemoterapi ihtiyacı olan pediatrik hastalarda vücuda implante edilerek venöz yol ihtiyacını sağlayacak bir set sistemidir.
2. Port seti içinde, venöz iğne, kılavuz tel, tünel açıcı trokar, port rezervuarı ve katateri, ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü, huber iğnesi (19G, 25mm) bulunmalıdır.
3. Sistemin venöz iğnesi, pediatrik hastalar için uygun çap ve uzunlukta olmalıdır. Mandrelsiz ve keskin uçlu olmalıdır.
4. Kılavuz tel, iğne ile uyumlu kalınlıkta ve ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü ile uyumlu uzunlukta olmalıdır.
5. Kılavuz tel, güvenli kateter yerleştirmeye olanak verecek sertlikte olmalıdır ve takılma sırasında kolay eğilmemelidir.
6. Tünel açıcı trokar, dokuyu rahat diseke edecek şekilde uç yapısında ve sertlikte olmalıdır. Ancak ucu çevre dokulara ve operatöre istemsiz kesilere neden olmaması için künt uçlu olmalıdır.
7. Portun rezervuarı, silikon septumlu titanyumdan mamul olup, cilt erozyonunu önlemek için üzerinin yuvarlatılmasını sağlayacak uygun bir madde ile üzeri kaplı olmalıdır.
8. Portun rezervuar boyutları: Taban çapı en fazla 22x17mm, yükseklik en fazla 9mm olmalıdır.
9. Portun septum çapı en az 8mm olmalıdır.
10. Portun kateteri biyouyumluluğu ispatlanmış yumuşak malzemeden mamul olmalıdır.
11. Portun kateteri radyopak olmalıdır.
12. Portun kateteri üzerinde "cm" işaretleri (marker) olmalıdır.
13. Portun kateter kalınlığı 5-6F, iç çapı en az 0,6mm olmalıdır.
14. Portun kateteri 55 +/-20cm uzunlukta olmalıdır.
15. Rezervuar ve kateteri önceden bağlı olmayan (unassembled) port sistemleri olmalıdır.
16. Sistemin ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü çap ve uzunluk olarak katater ile uyumlu olmalıdır.
17. Sistemin dilatörü floroskopik olarak rahatça görünecek oranda radyopak olmalıdır.
18. Firmalar denenmek üzere 1(bir) adet numune teslim edeceklerdir. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Doç.Dr. Bekir TURGUT
Radyoloji AD Öğretim Üyesi
Birim Temsilcisi

Doç.Dr. Süleyman BAKDIK
Radyoloji AD Öğretim Üyesi
Birim Temsilcisi

OR4146 DOKU YAPIŞTIRICISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün içeriği Butyl ve Siyanoacrilat monomerden (bileşenden) oluşmalıdır.
2. Ürün 0.5 ml ,tek kullanımlık plastik ampuller halinde olmalıdır.
3. Her ampul, aynı zamanda dış sterililitesini sağlayarak , ampülü harici kontaminasyondan korumak amacıyla 1 adet alüminyum poşet içerisinde bulunmalıdır.
4. Ürün doku yapıştırıcısı ve hemostatik etkiye sahip olmalıdır.
5. Ürün materyali Enbucrilate olmalıdır.
6. Ürün uygulandıktan 30 sn içerisinde aktif olmalıdır.
7. Uygulamadan itibaren, 3 gün boyunca %100 mikrobiyal bariyer sağlamalıdır
8. Gereksiz kullanımı engellemek amacıyla, ürün yeterli kullanıldığı anlamına gelen renklenme dokuda görülmelidir.
9. Ürün 5 ilk ve 10 luk paketlerde sunulmalıdır.
10. Doku yapıştırıcısı ile boyanan aletler, kolay temizlenebilmelidir.
11. Ürün doku içi ve doku dışı kullanıma uygun olmalıdır.
12. Ürün steril ambalajdan çıktığı anda, kullanıma hazır olmalıdır.
13. Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
14. Ürün miadı en az 18 ay olmalıdır.
15. Ürünün FOA onayı olmalıdır.
16. Ürün nörovasküler işlemlere uygun olmalıdır

Doç.Dr.Bekir TURGUT
Girişimsel Radyoloji Departmanı
Öğretim Üyesi (Birim Temsilcisi)

Doç.Dr. Süleyman BAKDIK
Girişimsel Radyoloji Departmanı
Öğretim üyesi (Birim Temsilcisi)