

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109093 24.09.2025
Alım No : 25/1466
Talep Eden Birim : KULAK BURUN BOĞAZ A.B.D
Konu : KULAK BURUN BOĞAZ A.B.D İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.09.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	PIYASEMEN (AÇILI)	AESCLAP MARKA CİHAZA UYUMLU		2,00	ADET		
2	MOTOR ARA BAĞLANTI KABLOSU	AESCLAP MARKA CİHAZA UYUMLU ARA BAĞLANTI KABLOSU		1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

YÜKSEK HIZLI DELGİ AKSESUARLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilecek ürünler hastanemiz demirbaşına kayıtlı, aktif kullanımda olan Aesculap marka güç ünitesi, ayak pedalı ve diğer aksesuarlar ile tam uyumlu olmalıdır.

İNCE ŞAFTLI YÜKSEK DEVİRLİ AÇILI MOTOR

1. Teklif edilecek motor açılı ve ince şaftlı olmalıdır.
2. Teklif edilecek motor 80 gram ± 10 gram olmalıdır.
3. Motorun çalışma uzunluğu 4 cm ± 1 cm olmalıdır.
4. Motorun üzerinde hangi uçlar ile kullanıma uygun olduğunu göstermek adına tek çizgi işareti bulunmalıdır.
5. 80.000rpm ile çalışabilmelidir.
6. Sadece konsola bağlanan motor kablosuna takılarak çalışmalı ayrıca bir motora ihtiyaç duyulmamalıdır.
7. Uçlar motora kolaylıkla takılabilmeli ve çıkarılabilmeli ek bir anahtara ve çevirmeye gerek duyulmamalıdır.
8. Yüksek devirli açılı motor piyasemene entegre edilmiş motora sahip olmalıdır.
9. Motor sisteminin gücü en az 2,1Ncm tork değerine sahip olmalıdır.

ARA BAĞLANTI KABLOSU

1. Kablo, kontrol ünitesini motor sistemlerine bağlamada kullanılmalıdır.
2. Kablo en az 4 metre olmalıdır.
3. Motora bağlandığı kısımda on / off kilit sistemi olmalıdır.
4. Kablo otoklavlanabilir olmalıdır.
5. Motor kablosu üzerinde güvenlik kilidi olmalı ve kilit off modunda iken motor çalışmamalıdır ve uçların vaka sırasında çıkmasını engellemelidir. Kablo motor ve konsoldan ayrılabilmelidir.

Dr.Öğr.Üyesi Rukiye ÖZÇELİK ERDEM
KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Mitat ARICIGİL
KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi