

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109725 22.10.2025
Alım No : 25/1621
Talep Eden Birim : STERİLİZASYON MERKEZİ
Konu : STERİLİZASYON MERKEZİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.10.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KONTEYNER FİLTRESİ (KAĞIT)			1.000,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

1.KALEM: KONTEYNER FİLTRESİ (KAĞIT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kağıt filtreler buhar otoklavlarında sterilizasyon konteynerleri ile birlikte kullanılmalıdır.
2. Kağıt filtreler sterilizasyon esnasında buhar geçişine izin verirken sterilizasyon sonrasında mikroorganizmaların konteyner içerisine girmesini önleyerek etkin koruma sağlamalıdır.
3. Kağıt filtreler yumuşak ve gözenekli yapıda tıbbi kâğıttan imal edilmiş olmalıdır.
4. Kağıt filtreler tek kullanımlık olmalıdır.
5. Kağıt filtreler indikatörlü olmalıdır.
6. Kağıt filtreler 120x80 mm ebatlarında ve 1000 adetlik paketlerde olmalıdır.
7. Kağıt filtreler UTS sisteminde kayıtlı olmalıdır.
8. Kağıt filtreler ameliyathanemizde kullanılan Aesculap konteyner sistemlerine uygun olmalıdır.


Derya YILMAZER

Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi


Prof. Dr. Metin DOĞAN

N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Dış Hast. No/331462/1991

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu