

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109825 23.10.2025
Alım No : 25/1624
Talep Eden Birim : GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.10.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ABDOMEN EFOR KEMERİ (PSG SİSTEMİ İÇİN)			2,00	ADET		
2	HABERLEŞME KABLOSU (POLİSOMNOGRAFİ CİH.İÇİN)			2,00	ADET		
3	ARA KABLOSU (POLİSOMNOGRAFİ CİH.İÇİN)			2,00	ADET		
4	POZİSYON SENSÖRÜ			3,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(4 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

4 adet

BODY POSITION SENSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1. Sensör teknolojisi yardımı kullanarak kesin, hassas sinyaller üretmelidir.
- 1.2. Sensör Philips Respironics Marka Alice 6 PSG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 1.3. Sensör dışarıdan güç kaynağına ihtiyaç duymamalıdır.
- 1.4. Sensör hastanın (prone, supine, left, right, and upright) hareketlerini algılayıp sistem yazılımına aktarabilmelidir.
- 1.5. Sensörün uzunluğu 1,5 m. Den az olmamalıdır.
- 1.6. Sensör efor kemerleri üzerine cırt cırtlı yapısı sayesinde rahatlıkla monte edilebilmeli ve çıkartılabilmelidir.
- 1.7. Sensör üzerinde kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla insan figürü bulunmalıdır.
- 1.8. Sensör konnektörü Alice 6 headboxa rahatlıkla takılabilmesi için keyhole (anahtar deliği) şeklinde olmalıdır.
- 1.9. Numune değerlendirilmesi yapılacak olup, numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.

Prof. Dr. Sebahat YOSUNKAYA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 4515060995

Doç. Dr. Celaleddin KÖKÇİ
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 100519

2 a det

Alice 6 PSG Sistemi SpO2 Ara Kablosu Teknik Özellikleri

1. Ara kablo Philips Respironics Marka Alice 6 PSG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ara kablo Masimo veya Nonin teknolojisini barındırmalıdır.
3. Ara kablo çok kullanımlık olmalıdır. Solüsyonlarla temizlenebilmelidir.
4. Ara kablo paketlenmiş poşette bulunmalıdır.
5. SPO2 sensörü ara kablosunun bir ucu SPO2 sensörüne diğeri de Alice 6 polisomnografi ünitesine uyacak şekilde olmalıdır.
6. Ara kablonun uzunluğu hastanın rahat bir şekilde hareketini sağlayacak kadar uzun olmalıdır.
7. Sensör ara kablo konektörü Alice 6 headboxa rahatlıkla takılabilmeli, sensör ara kablosu konektörü yaylı sistem olmalı çıkartma esnasında rahatlıkla çıkarılabilme imkanı sağlamalıdır.
8. Pulse oksimetre ara kablosu üzerinde pulse oksimetre ile birleştiği noktada gömülü modül bulunmalıdır.

Prof. Dr. Sabnam YORUKKAYA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 451506095

Prof. Dr. Sabnam YORUKKAYA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 100519

2 adet

ALİCE 6 HABERLEŞME KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1. Kablo Philips Respironics Marka Alice 6 PSG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 1.2. Kablo Philips Respironics teknolojisini barındırmalıdır.
- 1.3. Haberleşme kablosunun bir ucu Alice 6 Headbox a diğer ucu Alice 6 Base Station a uyacak şekilde olmalıdır
- 1.4. Kablonun Alice 6 Headbox a girecek kısmı metal yapıda, Alice 6 Base Station a girecek kısmı plastik yapıda olmalıdır.
- 1.5. Kablo paket içerisinde olmalı ve paket içerisinde 1 Adet olmalıdır.

Prof. Dr. Şebnem YOSUNKAYA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 451506995

Doç. Dr. Cemal KURBAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 100519

2 adet

ABDOMEN ve TORAKS KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1. Kemerler Philips Respironics Marka Alice 6 PSG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 1.2. Kemerler hastayı rahatsız etmeyecek klipsli bantlarla takılabilmelidir.
- 1.3. Kemerde alerjiye yol açabilen Latex maddesi bulunmamalıdır.
- 1.4. Kemer konnektörleri anahtar şeklinde olmalı ve Alice 6 headbox a rahatlıkla takılabilmelidir .
- 1.5. Sensör teknolojisi zRIP olmalıdır.
- 1.6. Kemerler set şeklinde aynı paket içerisinde olmalı paket içerisinde 2 adet RIP kemer (toraks, abdomen) ve 2 adet wireset kablo bulunmalıdır.
- 1.7. Kemer kabloları kemerle birleşik olmamalı ayrı olarak bulunmalıdır.
- 1.8. Sensörün bağlantı kablosunun uzunluğu en az 188 cm olmalıdır.
- 1.9. Kemerler yetişkin hastalarda kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 1.10. Kemerlere kablonun takıldığı kısım kemer klipsleri üzerinde bulunmalıdır.
- 1.11. Numune değerlendirilmesi yapılacak olup, numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.

Prof. Dr. Sebnem YOSUNKAYA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 451506095

Doç. Dr. Celal KORKMAZ
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 100519