

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109726
Alım No : 25/1644
Talep Eden Birim : ECZANE
Konu : ECZANE İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 05.11.2025 14:00

28.10.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SOĞUK ZİNCİR İLAÇ TAŞIMA ÇANTASI			60,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

SOĞUK ZİNCİR İLAÇ TAŞIMA ÇANTASI ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde olmalıdır.
- 2.Üstten taşıma kulplu olmalıdır.
- 3.Kapak yukarı doğru açılmalıdır.
- 4.Ürün dış ölçüleri en az 30x23x25 cm olmalıdır.
- 5.İç ölçüleri en az 17x15x17 cm olmalıdır.
- 6.Hacmi en az 7 litre olmalıdır.
- 7.İlaç taşıma çantasının tüm yüzeyleri sıcaklık izolasyonlu olmalıdır.
- 8.İlaç taşıma çantası güvenli olmalı, kapak kilitli olmalı, kapağın kilit sistemi çantanın kontrolsüz açılmasını önlemelidir.
- 9.İlaç taşıma çantasının içi dışı sert plastikten ,dayanıklı ,iç yüzeyi pürüzsüz ve çantanın tamamı dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
- 10.Taşıma çantasının rengi mavi veya turuncu olmalıdır.
- 11.Çanta ön gövdesinde Data Logger cihazı bulunmalıdır. Bu data logger cihazı çanta iç sıcaklığını ölçmeli aynı zamanda kaydetmelidir. Çanta iç sıcaklığı referans değerler dışına çıktığında sesli veya görsel uyarı vermelidir. Taşıma işlemi bittikten sonra kaydedilen veriler Excel dosyası olarak raporlanabilmeli ve çıktı alınabilmelidir.
- 12.Çantanın yan tarafında 'İlaç Taşıma Çantası' ibaresi yer alan etiket olmalıdır. Etiket sudan etkilenmeyen opak etiket olmalıdır. Ayrıca güvenlik uyarı yazıları olmalıdır
- 13.Çanta içinde ilaç ürünleri ve buz akülerinin temasını önleyecek separatör sistemi olmalıdır. Separatörler hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde delikli olmalıdır.
- 14.İlaç taşıma çantası derecesi pil değişimi pratik olmalıdır.
- 15.Güvenlikli ilaç taşıma çantası poliüretan izolasyon ve buz aküleri sayesinde kabın içi uzun süre (2-8) derecede stabil tutabilmelidir.
- 16.Ürün değerlendirmesi numune gönderildikten sonra yapılacaktır. Uygun görülmeyen numuneler kabul edilmeyecektir.

Dr. Emine AYĞÜN
İ. Tıp Fakültesi Hastanesi
Bakım Birimi



Seval AKDEMİR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Bakım Birimi

