

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 110033
Alım No : 25/1667
Talep Eden Birim : KARDİYOLOJİ SERVİSİ
Konu : KARDİYOLOJİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 12.11.2025 14:00

05.11.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ULTRASON PROBU			2,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.


- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALI 2 ADET ULTRASON PROBU
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Teklif edilen proplar kliniğimizde kullanılan PHILIPS Marka AFFINITY 70 model ve GE marka VIVID T8 model ultrasonlarla tam uyumlu ve sorunsuz çalışmalıdır. Proplar cihaza takıldığında cihaz tarafından otomatik olarak algılanmalı ek bir ayar gerekmemelidir.
2. PHILIPS marka AFFINITY model cihaz için 1 Adet S5-1
GE marka VIVID T8 model cihaz için 1 Adet 3SC-RS prop alınacaktır.
3. Teklif edilen proplar tamir görmemiş, hiç açılmamış, yeni, orijinal parça olmalıdır.
4. Teklif edilen probun üzerinde ürün kodu, seri numarası okunaklı bir şekilde yazmalıdır.
5. Teklif edilen proplar 2 (iki) yıl süre ile garantili olmalıdır.
6. Teklif edilen proplar hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
7. Yüklenici her türlü can mal ve iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
8. Teklif edilen proplar ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
9. Teklif edilen proplar cihazda uzmanlarca denenerek cihazın çalışma performansı test edilecek, daha sonra uygunluk verilecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lütfü SERTDEMİR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 156675


Dr. Öğr. Üyesi Ali SANCAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 156675