

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

06.11.2025

İstem No : 110109
Alım No : 25/1676
Talep Eden Birim : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 11.11.2025 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	LANSET			10.000,00	ADET		
2	SANTRAL VENÖZ KATATER 3F		GR1281 - 45	20,00	ADET		
3	ENTÜBASYON TUPU BALONSUZ NO:3.5		OR2780 - 4	100,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

- NOT:
- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR
 - 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
 - 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
 - 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
 - 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

1-)TEK KULLANIMLIK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) Lansetler tek kullanımlık olmalıdır.
- 2-) Premie ve Full term bebeklerde topuk delmek için tasarlanmış olmalıdır.
- 3-) Lansetler herhangi soruna yol açmamak için özel koruma kilidi bulunmalıdır.
- 4-) Ürün lateks içermemelidir.
- 5-) Teklif veren firma en az 1 adet numune sunmalıdır.
- 6-) Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

2-)JENTÜBASYON TÜPLERİ (BALONSUZ) (No:3,5) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
2. Tüpler anatomik yapıya uygun olmalıdır.
3. Tüp polivinil klorür PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.
5. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6. Vücut içine giren kısmın seviyesini gösterir ölçü işaretleri olmalıdır. Tüp üzerinde 1'er cm aralıklarla derecelendirme olmalıdır.
7. Tüpün arkasında konnektör olmalıdır. İstenildiğinde çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
8. Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.
9. Balonlu tüplerde tüpün ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır. Balon şişirildiğinde yapışıklık olmamalı ve düzgün şişmelidir.
10. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
11. Tüplerle birlikte istenilen tüpün içinden geçecek şekilde her 10 tüpe 1 adet stile verilmelidir.
12. Paket üzerinde Türkçe kullanım açıklaması olmalıdır.
13. Tüplerin tamamı şeffaf olmalı, lateks içermemelidir ve paket üzerinde lateks içermez ibaresi olmalıdır.
14. Paketlerin bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen medikal kâğıttan imal edilmiş olmalıdır.
15. Malzemelerden 3 er adet numune verilecektir.
16. Tüpün bağlantı noktası ventilatörlere ve ambulara adapte olacak ölçüde olmalıdır.

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95258

3-)3F (PICC LINE) PERİFERİK YERLEŞİMLİ SANTRAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yenidoğan ve çocuklarda periferik yoldan intravenöz olarak uzun süreli ilaç tedavisi ve parenteral beslenme yapılması amacı ile özel olarak imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Özellikle 2Kg'dan büyük çocuklarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 3-Kateter vücutta uzun süreli bekleyebilecek ve damarı travmatize etmeyecek poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 4-Kateter son derece fleksible olup prematüre bebeklerde bile kolaylıkla tolere edilebilmelidir.
- 5-Sistem yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır.Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 6-Sistem içinde yer alan introducer,kırılabilir iğne olmalıdır.
- 7-Kırılabilir iğne çapı 17G 30mm olmalıdır.
- 9-Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
- 10-Kateter kalınlığı (3F) 19G uzunluğu ise kullanıcının isteğine göre 30 cm, 60 cm olmalıdır.
- 11-Kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.
- 12-Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda , enjeksiyon ve infüzyon kolaylığı için mamul uzatma olmalıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp bulunmalıdır.
- 13-Uygulama kolaylığı sağlamak için kateter üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır.
- 14-Kateterin distal ucunda kateterin tam olarak damardan çıkarıldığından emin olabilmek için siyah marker bulunmalıdır.
- 15- Kateter,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 16-Ambalajlar üzerinde steril tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miatlı olmalıdır.
- 17-Kateter CE ve ISO belgesine sahip olmalıdır.
- 18-Kateterin UBB kaydı olmalıdır.
- 19-Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir.

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neorolojisi B.D.
Dip. Tas. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neorolojisi B.D.
Dip. Tas. No: 55258