

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 110630 01.12.2025
Alım No : 25/1835
Talep Eden Birim : BEYİN CERRAHİ SERVİSİ
Konu : BEYİN CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 08.12.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	MOTOR KABLOSU			3,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

MOTOR ELCEĞİ İÇİN KABLO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Teklif edilecek elcek kablosu ameliyathanemiz bünyesinde bulunan Medtronic Midas Rex marka motor sistemi ile %100 uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- 2- Teklif edilecek elcek kablosunun motor bağlantı kordonu uzunluğu 4-5 m arasında olmalıdır. Motor hiçbir anahtar gerektirmeksizin kordona takılıp çıkarılabilmelidir.
- 3- Teklif edilecek motor kablosu etilen oksit ve buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
- 4- Teklif edilecek motor kablosu motora kolay tak-sök (quick connect) özelliğinde olmalıdır.
- 5- Teklif edilecek motor kablosu ve konsolun girişleri aynı olmalıdır. Her iki ucu da konsola ve motora takılabilmelidir.
- 6- Sistem teklifinde verilecek aksesuar ve parçalar aşağıdaki gibidir:

Motor kablosu(motordan ayrılabilir özellikte)

1 Adet

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KENAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Beyin ve Sinir Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 148201

Prof. Dr. M.Fatih ERDİ
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Beyin ve Sinir Cer. A.B.D.
Dip. Tes. No: 114326 / 32301