

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 110776
Alım No : 25/1841
Talep Eden Birim : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 09.12.2025 14:00

02.12.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KAPI CONTASI (OTOKLAV CİH. İÇİN)			2,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

Otoklav Kapı Contası Şartnamesi

1. Tuttnauer marka Elara 11 model masaüstü otoklav kapısına uygun, mavi ve silikon elastik yapıda olmalıdır.
2. Dairesel contanın kalınlığı 1 cm, çapı ise 11 inç olmalıdır.
3. Yüksek basınçta çalışmaya dayanıklı olmalıdır.
4. Otoklav ile conta aynı marka ve orijinal olmalıdır. Yan sanayi, benzeri vs. ürünler kabul edilmeyecektir.
5. Otoklav kapısı kapandığında kesin sızdırmazlık sağlamalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 115443 / 88325

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman BAKIOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 193902

Prof. Dr. Mehmet OKKA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 35798/47090