

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

04.12.2025

İstem No : 110718
Alım No : 25/1850

Talep Eden Birim : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIM

Son Teslim Tarih & Saat : 08.12.2025 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KOLOSTOMİ BANDI (ADAPTÖR) 50 MM		OR2000 - 19	100,00	ADET		
2	KOLOSTOMİ TORBASİ 50 MM		OR2030 - 12	100,00	ADET		
3	KOLOSTOMİ BANDI (ADAPTÖR) 27 MM		OR2000 - 19	50,00	ADET		
4	KOLOSTOMİ TORBASİ 27 MM		OR2030 - 12	50,00	ADET		
5	KOLOSTOMİ BANDI (ADAPTÖR) 40 MM		OR2000 - 19	100,00	ADET		
6	KOLOSTOMİ TORBASİ 40 MM		OR2030 - 12	100,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir. Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturası yükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9.Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10.Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan

tıbbi malzemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sat koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MEGBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER, DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

1.Özellikli Transparan Adaptör (50MM)

- Adaptör renksiz transparan olmalıdır. Stoma çevresi gözlemlenebilmelidir.
- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden Polymer ve Hidrocolloid yapışkana sahip olmalıdır
- Birinci yapışkan (Hidrokolloid = CMC+Pectin+Gelatin+Titanium oxid)yüksek nemlendirmeyi ve fazla nemi absorbe etmeyi sağlamalıdır.
- İkinci yapışkan (Polymer = Polyisobutylen + Styren-Isoprene-Styrene)emniyetli yapışmayı sağlarken, torbanın cilt üzerinden herhangi bir yapışkan artığı bırakmadan; stoma çevresine zarar vermeden çıkarılmasına izin vermelidir.
- Adaptör üzerinde bulunan halka (**LowDensity PolyEthylene**) den mamul olmalıdır
- Torba üzerindeki kilit halkasının gecebileceği özel sisteme sahip olmalıdır
- Adaptör ince ve esnek olmalıdır, cilt kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
- Yapışkan barrier merkezden dışa doğru stoma çevresinde oluşan fazla nemi, sızıntıyı absorbe edip hapsetmelidir.
- Absorbsiyon gerçekleştikçe adaptör şişerek beyaz renge dönüşmeli, bu özellikle adaptörün değişim zamanını belirlemeye yardımcı olmalıdır
- Güçlü yapışma özelliğine karşı cilde zarar vermeden kolayca çıkarılmalıdır.
- Minumum 48 saat ciltte kalabilmelidir.
- Keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır.
- İsteğe göre adaptör halkasında bulunan kulakçık sayesinde kemer ile kullanılabilirdir.
- Adaptör çapı 50 mm için; 10 mm – 45 mm arası kesilebilir,çaplara sahip olmalıdır
- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalıdır.
- İçerdiği PH değeri cilde yakın, dolayısıyla cilde dost olmalıdır.
- Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıtçıtli sistem ya da plastik halka bulunmalıdır.
- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalı. Cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı. Hasta hareketlerini kısıtlamamalıdır.
- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.
- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.
- Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.O. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 59258

2.Adaptörlere Uyumlu Özellikli Kolostomi ve İleostomi Torbası (50 MM)

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden Polymer ve Hidrocolloroid yapışkana sahip adaptörlere uyum sağlamalıdır.
- Torba üzerinde ABS (AcrylnitrilButadienStyrene) özel kilit ve PE (Polyethylene) kilit halkası sistemine sahip olmalıdır.
- Kilit sistemi sayesinde karına baskı yapmadan torba adaptöre rahatça yerleşmelidir.
- Kilit sistemi emniyeti artıracak gibi torbanın kolayca çıkarılmasını sağlamalıdır.Kilitlenme olduğunda duyulabilir 'klik' sesi çıkarmalıdır.
- Torba adaptöre takılı ve kilit sistemi açıkken, 360 derece kendi ekseninde hasta yatış pozisyonuna göre çevrilebilmelidir.
- Boşaltım sistemi; boşaltılabilir torbalarda , boşaltım çubuğu ya da klipslere ihtiyaç duymadan kapatılabilir ve saklanabilir olmalıdır. Polypropylene kulakçıklar sayesinde güvenli kapatılabilir ve gizlenebilmelidir
- Boşaltılmalı torbalarda, torba boşaltım sistemi Polyethilen köpük ile desteklenmiş olmalı bu sayede torba boşaltılırken boşaltım sistemi kontrol edilebilmelidir.
- Torbalar yüksek etkili filtre içermelidir.
- Filtre sayesinde torba gaz ile dolmamalı , filtrelenmiş gaz kokusuz dışarı çıkmalıdır. Torba balonlaşmamalıdır.
- Filtre Poyurethan (PU) köpük, gazın kokusunu önleyen kömür ve sızıntıyı önleyen gazı likitten ayıran teflon membran tabakaya sahip olmalıdır.
- Teflon membran tabaka filtrenin dışkı parçaları tarafından tıkanmasını engellemeli ve filtrede olabilecek sızıntıyı engellemelidir.
- Torba anatomik şekle uygun olmalıdır.
- Boşaltım çubuğu kapalı iken sızma ve taşmaya sebep olmamalıdır.
- Torba film yapısı en az 4 tabakadan oluşmalıdır.

1-EVA

2-PVDC

3-EVA

4-CPE

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 59258

- Torbanın yapısı sesi, kokuyu, sıcaklık ve soğukluğu minimuma indirme özelliğine sahip olmalıdır. Torba film yapısında EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) 1.ve 3.tabaka torbanın özelliği, 2. yapı PVDC (Polyvinylidichloride) gaz kokusuna karşı bariyer, CPE (ClorinPolyethylene)torba dışındaki tabaka - sesi azaltan bölümü oluşturulmalıdır.
- Torbanın arka ve ön yüzeyi pamuklaşma yapmayan yumuşak örtü ile kaplı olmalıdır.
- Kullanıcı tercihi göre transparan ve opak renk seçenekleri ayrıca boşaltmalı ve boşaltmasız modelleri olmalıdır.
- Torba şeffaf olmalıdır. Gelen gaita görünmelidir.
- 50mm çapı olmalıdır.
- Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde, cilt ile uyum içerisinde (flexible) olmalıdır.
- Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olmalıdır.
- Torbanın vücuda değen kısmında, terlemeyi önleyici astar olmalıdır.
- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.
- Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.
- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

3.Pediatric Transparan Adaptör (27MM)

- Adaptör renksiz transparan olmalıdır. Stoma cevresi gözlemlenebilmelidir.
- Adaptör Polyethylene ve Ethylenevenylacetate (EVA)'den mamul olmalıdır.
- Adaptör kalınlığı yaklaşık 1.0-1.4 mm olmalıdır.
- Adaptör ölçüsü 27 mm, kesilebilir alanı 0-25 mm olmalıdır.
- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden Polymer ve Hidrocolloid yapışkana sahip olmalıdır
- Adaptör ince ve esnek olmalıdır, cilt kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
- Güçlü yapışma özelliğine karşı cilde zarar vermeden kolayca çıkarılmalıdır.
- Keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır.
- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalıdır
- İçerdiği PH değeri cilde yakın, dolayısıyla cilde dost olmalıdır.

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 59258

- Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıkıçtıli sistem ya da plastik halka bulunmalıdır.
- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalı. Cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı. Hasta hareketlerini kısıtlamamalıdır.
- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.
- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.
- Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.

4.Pediatric Adaptörlere Uyumlu Pediatric Kolostomi ve İleostomi Torbası(27 MM)

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden Polymer ve Hidrocolloid yapışkana sahip adaptörlere uyum sağlamalıdır.
- Torbalar film yapısı 5 tabakadan oluşmalıdır:

EVA – Ethylene Vinyl Acetate

EVA – Ethylene Vinyl Acetate

PVDC – Poly Vinyl Dichloride

EVA – Ethylene Vinyl Acetate

EVA – Ethylene Vinyl Acetate

- Boşaltım sistemi; boşaltılabilir torbalarda , boşaltım çubuğu ya da klipslere ihtiyaç duymadan kapatılabilir ve saklanabilir olmalıdır. Polypropylene kulakçıklar sayesinde güvenle kapatılabilmeli ve gizlenebilmelidir
- Boşaltılmalı torbalarda, torba boşaltım sistemi Polyethilen köpük ile desteklenmiş olmalı bu sayede torba boşaltılırken boşaltım sistemi kontrol edilebilmelidir.
- Torbalar yüksek etkili filtre içermelidir.
- Filtre sayesinde torba gaz ile dolmamalı, filtrelenmiş gaz kokusuz dışarı çıkmalıdır.Torba balonlaşmamalıdır.
- Filtre Poyurethan (PU) köpük, gazın kokusunu önleyen kömür ve sızıntıyı önleyen gazı likitten ayıran teflon membran tabakaya sahip olmalıdır.

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 59258

- Teflon membran tabaka filtrenin dışkı parçaları tarafından tıkanmasını engellemeli ve filtrede olabilecek sızıntıyı engellemelidir.
- Torba anatomik şekle uygun olmalıdır.
- Torbanın arka ve ön yüzeyi pamuklaşma yapmayan yumuşak örtü ile kaplı olmalıdır.
- Alttan boşaltma sistemine sahip olmalıdır.
- Torba üzerinde adaptöre rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çitçitli sistem ya da plastik halka bulunmalıdır.
- Torbalar, boşaltım çubuğu veya klipslerle veya torba üzerindeki birleşik güvenlik bandı ve kapama sistemi ile boşaltılabilir olmalıdır. Boşaltım çubuğu esnek olup hastayı rahatsız etmemelidir. Boşaltım çubuğu kapalı iken sızma ve taşmaya sebep olmamalıdır.
- Torba şeffaf olmalıdır. Gelen gaita görünmelidir.
- Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde, cilt ile uyum içerisinde (flexible) olmalıdır.
- Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olmalıdır.
- Torbanın vücuda değen kısmında, terlemeyi önleyici astar olmalıdır.
- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.
- Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.
- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

5. Pediatrik Kilitli Torba Adaptörleri (40MM)

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden Polymer ve Hidrocolloroid yapışkana sahip olmalıdır.
- Birinci yapışkan (Hidrocolloroid= CMC+Pectin+Gelatin+Titanium oxid) yüksek nemlendirmeyi ve fazla nemi absorbe etmeyi sağlamalıdır.
- İkinci yapışkan (Polymer = Polyisobutylen + Styren-Isoprene-Styrene) emniyetli yapışmayı sağlarken, torbanın cilt üzerinden herhangi bir yapışkan artığı bırakmadan; stoma çevresine zarar vermeden çıkarılmasına izin vermelidir.
- Adaptör üzerinde bulunan halka LowDensity PolyEthylene'den mamul olmalıdır.
- Torba üzerindeki kilit halkasının gecebileceği özel sisteme sahip olmalıdır.
- Adaptör keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır.

Doç. Dr. Nuriye EMIROĞLU
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.O. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 59258

- Adaptörlerin kemer ile kullanılabilir modeli mevcut olmalıdır bu modellerde adaptörün kilit halkasının geçtiği bölümünde kemer kulakçıkları olmalıdır.
- Adaptör çapı Adaptör çapı 40 mm olmalı. 10 mm'den başlayıp 35 mm'ye kadar kesilebilir olmalıdır.
- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalıdır.
- İçerdiği PH değeri cilde yakın, dolayısıyla cilde dost olmalıdır.
- Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıkıçtıllı sistem ya da plastik halka bulunmalıdır.
- Esnek, elastik ve bükülebilir olmalı. Cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı. Hasta hareketlerini kısıtlamamalıdır.
- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.
- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.
- Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir.

6.Adaptörlere Uyumlu Pediatrik Kilitli Kolostomi ve İleostomi Torbası (40MM)

- Sarmal prensibine dayalı spiral yapıda birleştirilmiş en az iki yapışkan bileşiminden Polymer ve Hidrocolloroid yapışkana sahip adaptörlere uyum sağlamalıdır.
- Torba üzerinde ABS (AcrylnitrilButadienStyrene) özel kilit ve PE (Polyethylene) kilit halkası sistemine sahip olmalıdır.
- Kilit sistemi sayesinde karına baskı yapmadan torba adaptöre rahatça yerleşmelidir.
- Kilit sistemi emniyeti artıracak gibi torbanın kolayca çıkarılmasını sağlamalıdır.Kilitlenme olduğunda duyulabilir 'klik' sesi çıkarmalıdır.
- Torba adaptöre takılı ve kilit sistemi açıkken, 360 derece kendi eksenini etrafında hasta yatış pozisyonuna göre çevrilebilmelidir.
- Alterna yapışkan adaptörlere uyum sağlamalıdır.
- . Torba film yapısı en az 4 tabakadan oluşmalıdır.
- 1-EVA
- 2-PVDC
- 3-EVA
- 4-CPE

Doç. Dr. Nuriye EMROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 59258

- Torbanın yapısı sesi,kokuyu,sıcaklık ve soğukluğu minimuma indirme özelliğine sahip olmalıdır. Torba film yapısında EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) 1.ve 3.tabaka torbanın özelliği, 2 yapı PVDC (Polyvinylidichloride) gaz kokusuna karsı bariyer, CPE (ClorinPolyethylene) torba dışındaki tabaka - sesi azaltan bölümü oluşturmaktadır.
- Her torbanın boşaltım sistemi için bir adet köpük yapıda (Polypropylene-Stearate approx 20 %) yapışkanlı çubuğu bulunmalıdır.
- Boşaltım çubuğu esnek olmalı,cilt üzerinde hissedilmemelidir. Boşaltım çubuğu kapalı iken sızma ve taşmaya sebep olmamalıdır. Çubuk torbaya yapıştırılabilmelidir.
- Kullanıcı tercihinine göre transparan ve opak renk seçenekleri olmalıdır.
- Torbanın cilde temas eden yüzeyi %100 polyester yumuşak bir astar ile kaplı olmalı, cildin hava almasını sağlamalı.
- 40mm çapa sahip pediatrik ölçülere uygun olmalıdır.
- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir
- Suyu dayanıklı olmalı.
- Alttan boşaltma sistemine sahip olmalıdır.
- Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde, cilt ile uyum içerisinde (flexible) olmalıdır.
- Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olmalıdır.
- Torbanın vücuda değen kısmında, terlemeyi önleyici astar olmalıdır.
- Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.
- İhaleye giren firmalar numune getirmelidir.

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Müseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95258