

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 115512 22.06.2026
Alım No : : 26/1025
Talep Eden Birim : GASTROENTEROLOJİ PÖL 1
Konu : GASTROENTEROLOJİ PÖL 1 İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM (8929823 ZEYNEP KOÇ)
Talep Edilen Hasta : ZEYNEP KOÇ
Son Teslim Tarih & Saat : 23.06.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ÖZEFAGUS METALİK STENT (TAM KAPLI) 24 X 120 MM		GS1370 - 416	1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7:Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8:T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde

tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

Full Kaplı Özefagus Stent

1-Stent Self Expandable Olmalıdır.

2-Stent Materyali Nitinol Olmalıdır.

3-Stent Flexible Olmalıdır.

4-Stentin Tamamı Kaplı Olmalıdır.

5 -Stent Çapı 24 Mm , Stent Uzunlukları 12 Olmalıdır.İstenilen Çap Ve Uzunlukta Stent Teslim Edilebilmelidir.

6-Vaka Esnasında Stentin % 80 Lik Kısmı Açılmış Olsa Bile Tekrar İntroducer İçerisine Toplanabilmelidir.

7-Stent İntroduceri 8 Mm Çapında Ve Çalışma Uzunluğu En Az 65 Cm Uzunluğunda Olmalıdır.

8-Stentin Distal Ve Proximal Uçları En Az 1,5 Cm Uzunluğunda Konik Şeklinde Genişlemeli Ve En Az 26 Mm Çapında Olmalıdır.

9-Stentin Her İki Ucunda İp Bulunmalıdır.

10-Stentin Radyal Forsu Yüksek Olmalıdır.

11-Uygulama Aparatı Üzerinde Güvenlik Kilidi Bulunmalıdır.

12-Uygulama Aparatı Üzerinde Cm İşaretleri Bulunmalıdır.

13-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olmalıdır.

14-Uygulama Aparatında Enjeksiyon Lümeni Bulunmalıdır.

15-Stent Üzerinde En Az 12 Adet Radyoopak Marker Bulunmalıdır.Bu Markerlar Distal Ve Proximalde 4 'Er Adet Orta Kısımda İse 4 Adet Şeklinde Olmalıdır.

16-Şartnamede Belirtilen Tüm Modeller İçin Ubb Kaydı Mevcut Olup Ve Barkod Numaraları Teklif Cetvelinde Belirtilecektir.

17-Ürün Üzerinde Hangi Markaya Ait Olduğunun Anlaşılabilmesi İçin Üretici Firma İsmi Veya Logosu Yer Almalıdır.

Prof. Dr. Mehmet ASIL
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastahanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji A.B.D.
Dip. No: 12 74663

Doç. Dr. Muberram KURBAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastahanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji A.B.D.
Dip. No: 12 74669