

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 115999
Alım No : 26/1126
Talep Eden Birim : KULAK BURUN BOĞAZ A.B.D
Konu : KULAK BURUN BOĞAZ A.B.D İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 13.07.2026 10:00

09.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	PARLATICI TUR UCU SKEETER 0.8 MM (MEDTRONIC UYUMLU)			3,00	ADET		
2	VIDEO RİNO LARİNGOSKOP (DISPOSABLE)			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturayükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

KBB TEK KULLANIMLIK VIDEO-RHINO-LARINGOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

Tek Kullanımlık Video Rhino-Laringoskop 1 Adet

1. Teklif Edilen Tek Kullanımlık Video-Rino-Laringoskop, çapraz kontaminasyon riskine karşı tek kullanımlık olmalıdır.
2. Teklif Edilen Tek Kullanımlık Video-Rino-Laringoskop, entegre chip teknolojisine (chip on the tip) sahip olmalı ve konvansiyonel fleksible teleskoplardaki görüntü distorsiyonuna sahip olmamalıdır.
3. Teklif Edilen Tek Kullanımlık Video-Rino-Laringoskop, görüş yönü 0° ve saha görüş açısı en az 110° olmalıdır.
4. Teklif Edilen Tek Kullanımlık Video-Rino-Laringoskop, çalışma uzunluğu 30 cm ve dış çapı 3,5 mm olmalıdır.
5. Teklif Edilen Tek Kullanımlık Video-Rino-Laringoskop, aşağı ve yukarı defleksiyonu en az 140° olmalıdır.
6. Teklif Edilen Tek Kullanımlık Video-Rino-Laringoskop, tek tek steril paketlenmiş 6'lı kutularda olmalıdır.
7. KBB polikliniğinde kullanılan 18.5" görüntüleme sistemiyle birebir uyumlu çalışmalıdır. Uyumluluk için demo şartı aranacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ÖZÇELİK ERDEM
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
KBB Hastalıkları Öğretim Üyesi
Dip. Tes. No: 165892

Dr. Öğr. Üyesi Erdem BAYRAKCI
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
KBB Hastalıkları Öğretim Üyesi
Dip. Tes. No: 182883

ELMAS TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece'ile'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2) Yuvarlak, uzun elmas bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır.
- 3) Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir.
- 4) Baş çapları 0,6-0,8-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6 mm, uzunlukları ise 64 ile 78mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir.
- 5) Steril 1 adetlik ambalajlarda olmalıdır.
- 6) Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 7) Tur uçlarının arka kısımlarında ataçmanlara düzgün oturup kilitlenmesini sağlayan özel çentikler olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ÖZÇELİK ERDEM
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
KBB Hastalıkları Öğretim Üyesi
Dip. Tes. No: 165892

Dr. Öğr. Üyesi Erdem BAYRAKCI
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
KBB Hastalıkları Öğretim Üyesi
Dip. Tes. No: 182883