

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

10.07.2026

İstem No : 115927
Alım No : 26/1138
Talep Eden Birim : HASTANE DEPOSU
Konu : HASTANE DEPOSU İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 13.07.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ENJEKTÖR 20 CC (3 PARÇALI)			60.000,00	ADET		
2	ALÇI PAMUĞU 15 CM			12.000,00	ADET		
3	ALÇI PAMUĞU 10 CM			3.000,00	ADET		13.07.2026

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

GENEL ŞARTLAR

1. Bütün kalemlerde "UBB" na kayıtlı ürünlerin üzerinde birebir teklif mektubunda verilen UBB numaraları barkod şeklinde yapılmış olarak teslim edilecektir.
2. TİTUBB bilgi kayıt sistemi kapsamında kayıtlı olmayan malzemeler için teslim edilecek ürün üzerinde ürün tanımlayıcı barkod olacaktır.
3. Son kullanma tarihi olan ürünler için; ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
4. Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup, uygunluk kararı kullanımdan sonra verilecektir.
5. Malzemelerden teknik şartnamede belirtilen numune miktarı kadar numune verilecektir. Teknik şartnamesinde numune miktarı belirtilmeyenler malzemeler için 5'er adet numune verilecektir. Numuneler ihale bitiş tarihine kadar teslim edilmeyecektir.
6. Herhangi bir nedenle son kullanma tarihinden önce tüketilemeyen ürünler son kullanma tarihinden önce 3 ay içerisinde haber verme koşulu ile yüklenici tarafından yeni tarihli ürünle (son kullanma tarihi en az 2 yıl olan ürün ile) değiştirilecektir.
7. Tüm kalemlere ait malzemelerin tüketimi sırasında hatalı, bozuk ürün ya da kusurlu ambalaj ile karşılaşıldığında yüklenici firma, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecektir.
8. Malzemelerin ambalajlarının üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
9. Malzemelerin üzerinde LOT ve REF numaraları olmalıdır.
10. SGK tarafından yapılan incelemelerde, yüklenici firmanın teklif ettiği ürüne ait UBB ile etiket adı ve/veya GMDN kategorisinde uyumsuzluktan dolayı veya buna benzer başka uygunsuzluktan dolayı yapılan tüm kesintiler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
11. Malların tesliminde, muayene ve kabul işlemleri yüklenicinin teklif değerlendirme aşamasında teslim etmiş olduğu numuneler üzerinden yapılacaktır. Numuneler ile teslim edilen malzemenin aynı olma özelliği aranacaktır.
12. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malzemeler; bozulmuş, yırtılmış, parçalanmış, fiziksel bütünlüğü bozulmuş ve deforme olmuş vb. niteliklerde kesinlikle olmayacaktır.
13. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malzemelerin, orijinal barkodlarının birebir aynısı malzeme miktarı kadar teslim edilecektir.

ENJEKTÖR (20 cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Apirojen, nontoxic olmalıdır.
2. %6 eğimli, luer, contalı, 3 parçalı olmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
5. Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt bir yüzü şeffaf olmalıdır.
6. Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı, enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.
7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı olmamalıdır.
8. Piston kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken ve çıkarken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.
9. Enjektörün üretim tarihi ile son kullanma tarihi ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
10. Enjektör iğne ucunun deriye ve damara girişi kolay olmalıdır.
11. 20 cc enjektörlerin ucu 21 g yeşil olmalıdır.
12. Malzemedan 10 adet numune verilecektir.

ALÇI PAMUĞU (10 cm-15 cm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme koku kontrol edici bir madde ile doyurulmuş, dokumasız ortopedik alçı altı pamuğu niteliğinde olmalıdır.
2. Alçı pamuğu kalınlığı 4 mm' den fazla olmamalıdır.
3. Hipoalerjik maddeden kolayca kopan yumuşak ve kaşıntı yapmaması için tam sentetik olmalıdır.
4. % 90 polyester, % 10 akrilik malzeme içermelidir.
5. Akrilik lifler triclosan içerecek, bu sayede koku emici özelliği ile birlikte anti bakteriyel özelliğe sahip olacaktır.
6. Suyu fazla emmeyecektir.
7. Kolay kopabilme özelliğine sahip olacaktır.
8. Ebatları 10 cm 2,7 ve 15 cm 2,7 m olacaktır.
9. Malzemelerden 10 'ar adet numune verilecektir.

Fazilet CANLI
Tıbbi Onkoloji
Sağlıklı Hemşire

Narince ALI
NEÜ Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Sorumlu Hemşiresi