

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116148
Alım No : 26/1200
Talep Eden Birim : GASTROENTEROLOJİ POL 1
Konu : GASTROENTEROLOJİ POL 1 İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.07.2026 14:00

23.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ENDOSKOPIK YIKAMA POMPASI (OLYMPUS VIDEOENDOSKOP PROCESSÖRÜ İÇİN)			1,00	ADET		
2	BAGLANTI KABLOSU (OLYMPUS VIDEOENDOSKOP PROCESSÖRÜ İÇİN)			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.


- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(2 sayfa)

ENDOSKOPIK YIKAMA POMPASI (OLYMPUS VIDEOENDOSKOP PROCESSÖRÜ İÇİN)

1. Teklif edilen cihaz endoskopik uygulamalar sırasında gastrik ve kolonik mukoza yüzeyinin basınçlı bir şekilde yıkanması için kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
2. Maksimum akış hızı, hasta emniyetini sağlamak amacı ile, özel ekstra su kanalı ile kullanılan skoplarda dakikada en fazla 230 ml, enstrüman kanalı ile kullanılan skoplarda dakikada en fazla 750 ml olmalıdır.
3. Olympus marka uyumlu skoplara hiçbir adaptör gerektirmeden bağlanabilmelidir. Bu uyum Olympus firması tarafından onaylı olmalıdır. Diğer marka skoplara veya özel kanalı bulunmayan Olympus marka skoplara da opsiyonel alınacak bir adaptör yardımıyla bağlanabilmelidir.
4. Su konteyneri boşaltıldıktan 20 sn. sonra cihaz kendini otomatik olarak kapatarak irigasyonu kesmelidir.
5. Akış hızı manuel olarak min-max değerler arasında ayarlanabilmelidir.
6. Teklif edilen cihazın su tankı ve kapağı etkin sterilizasyon için otoklavlanabilmelidir.
7. Kullanımı kolay, kompakt ve rahat taşınabilir olmalıdır.
8. 200 x 173 x 385 mm ebatlarında ve su kabı boş ağırlığı 4-5 kg aralığında olmalıdır.
9. Cihaz 100-240 V AC, 50/60 Hz şehir cereyanında çalışmalıdır.
10. urumda mevcut bulunan CV-190 Video Prosesör cihazı ile uyumlu olmalıdır.
11. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.


Prof. Dr. Murat BİYİK
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
İç Hast. A.D. Gastroenteroloji B.D.
Dip. Tes. No: 100552



Doç. Dr. Mukerrem KESKİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. w Gastroenteroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 127409

VIDEO SKOP KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilen Video Skop kablosu aşağıda listelenen özelliklere sahip olmalıdır :

1. Kurumda mevcut bulunan OLYMPUS MARKA CV-190 Video Prosesör cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Video prosesör cihazı ile Video skop arası bağlantıyı sağlamalıdır.
3. Video Skop kablosunun video prosesör bağlantısı soket girişli ; video skop bağlantısı pin girişli olmalıdır.
4. Farklı marka veya model video skop kablosu teklif verecek firmalar CV-165, CV-170, CV-180 ve CV-190 Video Prosesör üreticisinden alınmış noter onaylı uyumluluk belgesi tebliğ etmek zorundadır.
5. Teklif eden firma teklif ettiği ürünün üreticisi ise üreticisi olduğuna dair belgeleri, yetkili Türkiye distribütörü ise teklif verdiği tarih itibariyle yetkili satıcısı olduğunu gösterir belgeleri teklif dosyasında sunması zorunludur. Teklif veren firma bayi ise, teklif verilen tarih itibariyle yetkili Türkiye distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olduğunu gösterir belgeleri sunması zorunludur.


Prof. Dr. Murat GYIK
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
İç Hast. A.D. Gastroenteroloji B.D.
Dip. Tes. No: 100552


Doç. Dr. Haluk KESKİN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 127409