

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

24.07.2026

İstem No : 116235
Alım No : 26/1207
Talep Eden Birim : KAN ALMA
Konu : KAN ALMA İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 27.07.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	VAKUMLU HEMOGRAM Tüpü K3 EDTALI 2-3 ML			90.000,00	ADET		
2	KUAGULASYON Tüpü PEDIATRİK			100,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

Hemogram Tüpü (Vakumlu Tüp K3 veya K2EDTA'lı-3 ml)

- 1.Hemogram tüpü numuneleri Hematoloji laboratuvarında kontrol edilerek karar verilecektir.
- 2.K3 veya K2EDTA'lı tüplerin içindeki EDTA püskürtülmüş şekilde olmalıdır.
- 3.Hemogram tüpünün kan seviyesi tüpün üzerinde kalın bir çizgiyle belirtilmelidir.
- 4.Hemogram tüpünün vakumu kanı iyi çekmelidir. Vakum yönünden kan alma ünitesinde denenecektir. Vakumu yetersiz olanlar kabul edilmeyecektir.
- 5.Teklif edilen tüplerden en az 100 adet tüp denenmek üzere 3 iş günü içerisinde kan alma birimine teslim edilmelidir.
- 6.Tüplerin üzerine hastanın adı kolaylıkla yazılabilmelidir.
- 7.Tüplerin üzerine laboratuvar barkodları kolayca yapışmalı ve otomatik barkodlamaya uygun olmalıdır.
8. Numuneler uygunluk ve kullanabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup uygunluk kararı kullanımdan sonra verilecektir.
- 9.Tüpler pnömatik sistemle taşınma esnasında kapağından kan sızdırmamalıdır.
10. Üretim hatası tespit edilen tüpler firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- 11.STERİLİTE: Tüpler steril olmalıdır. Kurumun talep etmesi durumunda her ürün ve lot için sterilizasyon sertifikası sunulabilmelidir.
- 12.ETİKET BASKI: Tüplerin üzerinde; marka, ürün adı, üretici firma, üretim yeri, tüp tipi, ürün referans numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, tüp içeriği, sterilizasyon durumu, dolum hacmi yazı veya simgeler halinde bulunmalıdır.

Doç. Dr. Fatma Esenkaya TAŞBENT



Dr. Öğr. Üyesi Selin UĞRAKLI



Pediatric Koagülasyon Test Tüpü (Sodyum Sitratlı Tüp 1ml PT)

1. Koagülasyon test tüpünün vakumu kanı iyi çekmelidir. Teklif edilen tüpler kan alma birimimizde vakum yönünden denenecek, hematoloji laboratuvarında çalışma yönünden uygunluğa karar verilecektir.
2. Antikoagulan içeren tüpler bulunması gereken sitrat seviyesi, seviyenin altında bulunursa hatalı sonuç verme ihtimalinden dolayı değiştirilmelidir.
3. Koagülasyon test tüpünün kan seviyesi tüpün üzerinde kalın bir çizgiyle belirtilmelidir.
4. Tüpler uygunluk ve kullanabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup uygunluk kararı kullanımdan sonra verilecektir. Teklif edilen tüplerde en az 10 adet numune denenmek üzere 3 iş günü içerisinde kan alma birimine teslim edilmelidir.
5. Tüplerin üzerine hastanın adı kolaylıkla yazılabilmelidir. Tüplerin üzerine laboratuvar barkotları kolayca yapışmalı ve otomatik barkodlamaya uygun olmalıdır.
6. Tüpler pnömatik sistemle taşınma esnasında kapağından kan sızdırmamalıdır.
7. Üretim hatası tespit edilen tüpler firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
8. **STERİLİTE:** Tüpler steril olmalıdır. Kurumun talep etmesi durumunda her ürün ve lot için sterilizasyon sertifikası sunulabilmelidir.
9. **ETİKET BASKI:** Tüplerin üzerinde; marka, ürün adı, üretici firma, üretim yeri, tüp tipi, ürün referans numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, tüp içeriği, sterilizasyon durumu, dolum hacmi yazı veya simgeler halinde bulunmalıdır.

Doç. Dr. Fatma Esenkaya TAŞBENT



Dr. Öğr. Üyesi Selin UĞRAKLI

