

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116091
Alım No : 26/1213
Talep Eden Birim : PATOLOJİ LABORATUVARI
Konu : PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.08.2026 17:40

27.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KAPAMA CİHAZI FİLM ŞERİDİ			40,00	ADET		
2	LAM YAZMA CİHAZI ŞERİDİ			4,00	ADET		
3	BLOK YAZMA CİHAZI ŞERİDİ *			4,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(2 sayfa)

1.KALEM

KAPAMA CİHAZI FİLM ŞERİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her bir film rulosu ile 50 mm'lik en az 1400 adet lam kapatılabilmelidir.
2. Film selüloz triasetat, akrilik asit ester, metakrilik asit ester ve max 0.2 mg/cm² toluen içerikli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Filmin kalınlığı mikroskopta fokus problemlerini önlemek amacıyla 115um ila 118um arasında olmalıdır.
4. Yapıştırıcı madde kullanımına gerek kalmaksızın sadece ksilen ile lamın üzerine kapatılabilmelidir.
5. Film ruloları 10 C ila 30 C arasında muhafaza edilebilmelidir.
6. Her film rulosu ambalajında barkod, katalog ve lot numarası, üretici firma, son kullanma tarihi, kullanım ve saklama koşulları vb. gibi bilgiler yer almalıdır.
7. Film en fazla 3 dakika içerisinde dokuya zarar vermeden çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
8. Film ile kapatılan lamlarda arşivleme sonrası açılma meydana gelmemelidir. Bu özellik en az 10 sene teklif edilen marka film ile kapama yapan yurtiçi ya da yurtdışı bir hastane tarafından yapılan arşiv çalışması ile teyit edilmelidir.
9. Lam kapama filminin miadı en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
10. Film rulosu açıldıktan sonra oda sıcaklığında bekletmeye gerek kalmaksızın hemen kapama cihazına yerleştirilerek kullanılabilir özellikte olmalıdır.
11. Laboratuvarımızda kullanılan Kapama Cihazında kullanıma uygun olmalıdır. Cihazda takılma problemleri yaşanmamalıdır.
12. Cihazda filmlerden kaynaklı teknik bir sorun yaşanması durumunda her türlü yedek parça vb. masraflar ücretsiz olarak karşılanacaktır. Firmanın cihazda oluşacak arızalara müdahale edebilmesi için TSE den alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
13. Ambalaj içerisinde filmlerin sıcaklıktan etkilenip etkilenmediğini gösteren termal kontrol kartları bulunmalıdır.
14. Ürüne ait UBB kaydı bulunmalı ve teklifte barkod numarası belirtilmelidir.
15. Her 10 adet film için 1 adet film kesme bıçağı bedelsiz olarak verilecektir.

2.KALEM

LAM YAZMA CİHAZI ŞERİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laboratuvarımızda kullanılan ThermoShandon marka Slidemate Lam Yazıcı cihazına uygun olmalıdır.
- 2.1 şerit ile 12000 lam yazılabilmelidir.
3. Orijinal olmalı, üzerindeki bilgiler cihazın üretici bilgileri ile aynı olmalıdır.
4. Şeritler için teklif veren firmanın Cihazın Üretici firmasından alınmış Yetkili Satıcı Belgesi olmalıdır.

Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Fahriye KILINC
I.E.Ö. Meram Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Patoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 85664

Prof. Dr. Sıdıka FINDIK
N.E.Ö. Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 108874

3.KALEM

BLOK YAZMA CİHAZI ŞERİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Laboratuvarımızda kullanılan ThermoShandon marka Printmate Kaset Yazıcı cihazına uygun olmalıdır.
- 2.1 şerit ile 20000 kaset yazılabilmelidir.
- 3.Orijinal olmalı, üzerindeki bilgiler cihazın üretici bilgileri ile aynı olmalıdır.
- 4.Filtreler için teklif veren firmanın Cihazın Üretici firmasından alınmış Yetkili Satıcı Belgesi olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Fahriye KILINÇ
Patoloji A.B.D Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sıdıka FINDIK
Patoloji A.B.D Öğretim Üyesi