

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116381
Alım No : 26/1238
Talep Eden Birim : KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 04.08.2026 10:00

31.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	DIJİTAL RİGİT HİSTERESKOP			5,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyetine gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili

malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.

2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.

3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

Tek Kullanımlık Dijital Histeroskop Teknik Şartnamesi

Teklif edilen cihaz kadın doğum kliniğimizdeki tüm jinekolojik muayenelerinde ve minimal invazif cerrahilerde kullanılacak olup aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

1. Insertion tüp çapı azami 4.8mm olmalıdır. Bu sayede servikal dilatasyon, anestezi ve hastanede yatış gerektirmemelidir.
2. Steril olmalıdır ve steril paketinde temin edilmelidir.
3. Herhangi bir kullanım veya saat sınırı bulunmamalıdır.
4. Chip-on-tip CMOS görüntüleme teknolojisine ve 160.000 piksel görüntü çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
5. Kanalı en az 6 Fr iç çapında olmalıdır.
6. Şaftı düz ve rijit olmalı, distal kısmı ise en az 16° yukarı açılı olmalıdır. Bu sayede fallop kanalı dahil geniş görüş olanağı sunmalıdır.
7. Görüş alanı en az 100 derece olmalıdır.
8. Şaftı 360 derece dönebilir özellikte olmalı, bu sayede muayene ve/veya operasyon alanında geniş görüş alanı sağlamalıdır. Bir rotasyon tekerleği veya butonu aracılığıyla hekim istediği kadar çevirebilmelidir.
9. İnflow ve outflow muslukları bulunmalı, bu sayede hem muayene hem de operatif kullanım seçeneği sunmalı ve aynı zamanda yüksek görüntü netliği sağlamalıdır. Musluklar kullanım kolaylığı açısından elceğin alt kısmında olmalıdır. Tek akışlı cihazlar görüntünün bulanıklaşması nedeniyle kabul edilmeyecektir.
10. Elcek kısmı azami 180 gr ağırlığında olmalı bu sayede hekimi özellikle uzun süren vakalarda yormamalıdır.
11. 2 adet LED aydınlatması olmalıdır. Bu sayede 500 Lux değerinde yüksek aydınlatma sağlamalıdır.
12. Alan derinliği 5-50mm olmalıdır.
13. Şaft çalışma uzunluğu 200mm olmalıdır.
14. Elceği tabanca tipinde olmalıdır.
15. Görüntü aktarım kablosu kullanım kolaylığı açısından elceğin alt kısmında olmalıdır.
16. Aynı marka görüntüleme ünitesi ile birlikte temin edilmelidir. Görüntüleme ünitesi üzerinde menü ile birlikte Görüntü Kayıt, Video Kayıt, Parlaklık, White Balance (Beyaz Dengesi), Görüntü Dondurma butonları bulunmalı ve kullanıcı tercihinine göre ayar yapılabilmelidir. Kendinden mini-ekranlı cihazlar kullanım zorluğundan dolayı tercih edilmeyecektir.
17. Görüntüleme ünitesi muayenehanedeki/ameliyathanedeki kuinenin monitörüne doğrudan HDMI çıkışı ile bağlanabilmelidir.
18. Görüntüleme ünitesinde USB portu bulunmalı ve bu sayede görüntü ve video kaydı alınabilmelidir.
19. Cihazın 32GB kayıt hafızası bulunmalıdır.
20. Cihazın FDA ve MDR belgesi bulunmalıdır.

Dr.Öğretim Üyesi Kübra GÜNDOĞAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Satınalma Birim Temsilcisi

Prof.Dr.Ali ACAR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Satınalma Birim Temsilcisi