

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 111944
Alım No : 26/138
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ SERVİSİ
Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 28.01.2026 10:00

23.01.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FLEXİBLE SİSTOSKOP			5,00	ADET		

ASAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturayükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde

tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

***** İstekler veya istekli olabilcekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

TEK KULLANIMLIK DIJİTAL FLEXIBLE SISTOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Temel İşlevi:	1. Üretradan mesaneye kadar girilerek idrar yolu, prostat ve mesanenin taş, tümör, darlık ve enfeksiyon gibi hastalıkları saptamak, idrar kaçırma, idrar yapma zorluğu, travma gibi durumlar değerlendirme ve bu aşamada görüntüleme işlemleri için tasarlanmış olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Tek Kullanımlık Dijital Flexible Sistoskop ve çok kullanımlık Video Prosesör'den oluşmalıdır.
Teknik Özellikleri:	Tek Kullanımlık Dijital Flexible Sistoskop: 3. Tek kullanımlık olmalıdır. 4. Endoskopun aydınlatma metodu LED teknolojisi olmalıdır. 5. Endoskopun görüntü sensörü CMOS çip teknolojisi olmalıdır. 6. Kamera çözünürlüğü en az 160.000-pixel olmalıdır. 7. Görüş yönü 0°, görüş açısı en az 120° olmalıdır. Alan derinliği 5-50 mm olmalıdır. 8. Çalışma uzunluğu en az 380 mm olmalıdır. 9. Endoskopun toplam uzunluğu en az 600 mm olmalıdır. 10. Defleksiyon bükülme açısı aşağı en az 120° ve yukarıya en az 210° olmalıdır. 11. Endoskop kalınlığı en fazla 13,2 Fr olmalıdır. 12. Enstrüman çalışma kanal çapı en fazla 6,6 Fr olmalıdır. 13. Tek Kullanımlık Flexible Sistoskopun kullanım ömründe herhangi bir saat sınırlama ve kontör olmamalıdır. 14. Operasyon esnasında flexible ucu istenilen açıda kilitleyen yaylı veya otomatik kilit mekanizması olmalıdır. Tek Kullanımlık Dijital Flexible Sistoskop' un kullanılacağı Ekranlı Video Prosesör: 15. Çok kullanımlık olmalıdır. 16. 100-240 V 50-60 kHz şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir. 17. Cihazın kullanım kolaylığı için Türkçe dil seçeneği olmalıdır. 18. Cihaz aynı marka Dijital Tek Kullanımlık Flexible URS, Dijital Tek Kullanımlık Rijit Histeroskop ve Dijital Tek Kullanımlık Nefroskop ile çalışmaya müsait yapıda olmalı ve ikinci bir cihaza ihtiyaç duyulmamalıdır. 19. Cihazın rezolasyon değerleri 1280 x 800 pixel olmalıdır. Cihaz üzerindeki çıkışlardan harici monitörlere HDMI kablosu ile 1920 x 1080 pixel (Full HD) görüntü aktarımı yapılabilmelidir. 20. Cihazın ekran tipi 10.1" color TFT LCD ekran olmalıdır. 21. Cihazın rotasyon özelliği ile ekrandaki görüntüyü 0°, 90°, 180° ve 270° döndürebilmeli veya büyütebilmelidir. 22. Beyaz ayarı (white balance) cihaz üzerindeki tuşla manuel veya otomatik olarak da yapılabilmelidir. 23. Cihaz ekranında operasyon sırasındaki görünüm yuvarlak, sekizgen ve kare şeklinde cihaz üzerinden hekimin isteğine göre ayarlanabilmelidir. 24. Cihaz üzerindeki tuşlarla kullanıcı modu değiştirilebilmeli, fotoğraf ve video kaydı alınabilmeli, istenildiğinde görüntü dondurulabilmeli ve parlaklık ayarı yapılabilmelidir.

Dr. Mehmet Emin ÇÖNER
N.E.Ü. Meriç Tıp Fak. Hast.
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tıp No: 2022

Doç. Dr. Yunus Emre ÇÖNER
N.E.Ü. Meriç Tıp Fak. Hast.
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tıp No: 105585

	25.Cihazın fotoğraf ve video kaydı için en az 32 GB ve ihtiyaç durumunda artırılabilir harici depolama alanı olmalıdır. 26.İhtiyaç halinde ekranlı video prosesöre takılan ayak pedalıyla da fotoğraf ve video kaydı alınabilmelidir. 27.Cihaz üzerindeki tuşlarla zoom ayarı en az 3 kademeli olarak yapılabilmelidir. 28.Dijital video çıkışları HDMI interface ve AV (CVBS) interface olmalıdır. 29.Cihazdan video-fotoğraf transferi için USB çıkışı USB 3.0 interface (Type A) olmalı ve üzerinde hafıza kartı için giriş bulunmalıdır. 30.Operasyon sırasında dokuların görüntü yapısını iyileştirecek menü ayarları olmalıdır. 31.Cihazla birlikte Flexible Sistoskop için, 1 adet 3 mt uzunluğunda reusable, EO ve otoklav sterilizasyonuna dayanıklı ara kablo verilmelidir. 32.Kullanım kolaylığı için ekranlı video prosesör tercih edilecektir, ekransız prosesörler değerlendirmeye alınmayacaktır. 33.Ürünün, UTS/TİTUBB ve bayilik kaydı olmalıdır. 34.10 adet Disposable Dijital Flexible Sistoskop için, Kullanım süresince 1 Adet Ekranlı Video Prosesör konsinye bırakılmalıdır.
Genel Hükümler:	35.Steril pakette tek kullanımlık olmalıdır. 36.Ürünün, UTS/TİTUBB ve bayilik kaydı olmalıdır. 37.Teklif edilen markaya ait TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır. 38.10 adet Tek Kullanımlık Dijital Flexible Sistoskoplarla kullanmak için 1 adet reusable biyopsi forcepsi firma tarafından verilmelidir. 39.Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilebilmesi için Teklif veren firmalar 1 adet numune ve orijinal kataloglarını vermelidir.

Dr. Hakan Akkaya
N.E.U. Meram F.F. Has
Diy. Res. No: 2020

Doc
N.E.
105385