

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

**31.08.2026**

Istem No : 117096  
Alım No : 26/1390  
Talep Eden Birim : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ  
Konu : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 8 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 03.09.2026 10:00

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| Sıra No | Malzeme Cinsi                             | Açıklama | Resmi Kodu  | Miktarı  | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|-------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 1       | AĞIR SİLİKON YAĞI                         |          | GZ1158 - 30 | 10,00    | ADET   |              |               |
| 2       | ENJEKTÖR MİKROİNSÜLİN 30 G                |          |             | 1.000,00 | ADET   |              |               |
| 3       | İŞARETLEME KALEMİ İNCE UÇ (SKİN MARKER)   |          | GZ1008 - 7  | 300,00   | ADET   |              |               |
| 4       | ORBİTAL İMPLANT (EVISSERASYON İÇİN) 14 MM |          | GZ1200 - 61 | 1,00     | ADET   |              |               |
| 5       | ORBİTAL İMPLANT (EVISSERASYON İÇİN) 16 MM |          | GZ1200 - 61 | 3,00     | ADET   |              |               |
| 6       | ORBİTAL İMPLANT (EVISSERASYON İÇİN) 20 MM |          | GZ1201 - 36 | 2,00     | ADET   |              |               |
| 7       | ORBİTAL İMPLANT (EVISSERASYON İÇİN) 22 MM |          | GZ1201 - 36 | 2,00     | ADET   |              |               |
| 8       | TERAPÖTİK KONTAKT LENS                    |          | GZ1168 - 74 | 300,00   | ADET   |              |               |

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili

**yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.**

10, Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları (malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir. yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.

11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.

12, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması, tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

**NOT:**

1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR

2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.

3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

18/...../...../2026 ve ...../...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

## 1. AĞIR SİLİKON YAĞI

1. Ürün vitreoretinal cerrahide tamponat maddesi olarak kullanılmak üzere hazırlanmış olmalıdır.
2. Özgül ağırlığı suyun özgül ağırlığından yüksek olup retinal yırtıkların tedavisinde kullanılabilmelidir.
3. Densitesi  $1.02 \text{ g/cm}^3$ 'ten fazla olmalıdır, steril paket içerisinde 10ml. hacminde cam şırınga içerisinde sunulmalıdır.
4. Perfluorohexyloctane ve polydimethylsiloxane karışımı olmalıdır.
5. Hasta takiplerinde sıra dışı reaksiyona sebep olmamalıdır.
6. Silikonun verilmesi ve alınması işlemlerinde olağan dışı zorlukla karşılaşılmalıdır.
7. Kliniğimizde bulunan vitrektomi cihazının pompa sistemine uyumlu olmalıdır.
8. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
9. Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir. Bunun mümkün olmaması ve değerlendirmeyi yapacak hekimin uygun görmesi halinde hangi ürünün teklif edildiği katalog veya UTS sisteminden tanıtılacaktır.
10. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını (LOT) belirtmelilerdir. Teslim edilen numunelerin üzerinde ürünün ihaledeki kaçınıcı kaleme ait olduğu, hangi medikal firmanın teklifi olduğu sticker veya yazıyla açıkca belirtilmiş olmalıdır.
11. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılmaması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.

## 2. MİKROİNSÜLİN ENJEKTÖR

1. 0.05 ml skala ölçekli olmalıdır.
2. İğne ucu uzunluğu 1 cm'den az olmalıdır.
3. İğne kalınlığı 30 gauge olmalıdır.
4. Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir.
5. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını (LOT) belirtmelilerdir. Teslim edilen numunelerin üzerinde ürünün ihaledeki kaçınıcı kaleme ait olduğu, hangi medikal firmanın teklifi olduğu sticker veya yazıyla açıkca belirtilmiş olmalıdır.
6. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılmaması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.
7. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

## 3. İŞARETLEME KALEMİ

1. Cerrahi cilt işaret kaleminin UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
2. Cerrahi cilt işaret kaleminin içerisindeki boya; fırçalama, cerrahi temizlik ve aşınmaya dayanıklı olmalı, ameliyat süresi içinde görünürlüğünü kaybetmemelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖKSAL  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 15462 / 80375

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SUNDUĞAN  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 193902

Prof. Dr. Mehmet OKKA  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 35798/47698

3. Cerrahi cilt işaretleme kalemi, steril paketlerde ve her bir pakette 1 (bir) adet kalem olarak ambalajlanmış olmalıdır.
4. Her pakette metrik ve inch birim belirteçleri olan en az 15 cm'lik cetvel bulunmalıdır.
5. Kalemin rengi cilt üzerinde görülebilir olmalıdır.
6. Cerrahi işaret kaleminin mürekkebi alerjik ve kanserojen nitelikte olmamalıdır.
7. Cerrahi işaret kaleminin mürekkebi tatuaj yapmamalıdır.
8. Cerrahi cilt işaret kaleminin ucu ince şekilde (1 mm) (fine tip) elverişli olmalıdır.
9. Kalemin mürekkebin kurumasını engelleyen kapağı olmalıdır.
10. Kalemin ambalajı üzerinde üretici firma, sterilizasyon biçimi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
11. Kalemin üretim tarihinden itibaren en az 18 ay miadı olmalıdır.
12. Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirecek kullanacak hekim tarafından ürün değerlendirilecektir.
13. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını (LOT) belirtmelilerdir. Teslim edilen numunelerin üzerinde ürünün ihaledeki kaçınıcı kaleme ait olduğu, hangi medikal firmanın teklifi olduğu sticker veya yazıyla açıkca belirtilmiş olmalıdır.
14. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılmaması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.

#### 4 - 7. KALEMLER EVİSSERASYON İÇİN ORBİTAL İMPLANT

1. Evisserasyon cerrahisi sonrası sklera içerisine yerleştirilmek üzere imal edilmiş olmalıdır.
2. Pürüzsüz ve düzgün dış yüzey yapısına sahip olmalıdır.
3. Polimetilmetakrilat veya silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Yuvarlak yapıda olmalıdır.
5. Gerektiğinde firma tarafından istenilen çaplarda sfer temin edilebilmelidir, farklı çaplar arasında değişim yapılabilirdir.
6. Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecektir. Bunun mümkün olmaması ve değerlendirmeyi yapacak hekimin uygun görmesi halinde hangi ürünün teklif edildiği katalog veya UTS sisteminden tanıtılacaktır.
7. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını (LOT) belirtmelilerdir. Teslim edilen numunelerin üzerinde ürünün ihaledeki kaçınıcı kaleme ait olduğu, hangi medikal firmanın teklifi olduğu sticker veya yazıyla açıkca belirtilmiş olmalıdır.
8. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılmaması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.
9. Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miadı olmalıdır.

#### 8. TERAPÖTİK KONTAKT LENS

1. Terapötik kullanım amaçlı olup, silikon hidrojel malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Kontakt lensler 0.00 (sıfır) diyoptride (plano) olmalıdır.
3. Kontakt lenslerin çapı (diameter) 13.80-14.50 mm olmalıdır.
4. Kontakt lenslerin temel eğrisi (basic curve, BC) 8.4-8.7 mm olmalıdır.
5. Kontakt lenslerin Dk/t değeri en az 90 olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Elvan KARACADAĞ  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 112462 / 80325

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman GÜNDOĞAN  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 193902

Prof. Dr. Mehmet OKKA  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 35798/47698

6. Kontakt lenslerin her biri ayrı steril blister ambalaj içerisinde olmalıdır.
7. Kontakt lensler 1 (bir) ay süre ile kullanım için uygun olmalıdır.
8. Kontakt lenslerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren 18 ay olmalıdır.
9. Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir.
10. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını(LOT) belirtmelilerdir. Teslim edilen numunelerin üzerinde ürünün ihaledeki kaçınıcı kaleme ait olduğu, hangi medikal firmanın teklifi olduğu sticker veya yazıyla açıkça belirtilmiş olmalıdır
11. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılmaması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.

#### 9. CER. SÜT. EMİLEBİLEN ÖRGÜLÜ (VİKRİL) 6/0

1. 1/4 daire, en fazla 0.35 mm kalınlığında iki adet en az 8mm iğneye sahip olmalı, iğneler spatül uçlu olmalı, ucu keskin olmalı, kenarları kesmemelidir. İğnenin ucu genişleyen yapıda olmamalıdır.
2. En az 45 cm'lik örgülü poliglaktinden imal edilmiş olmalıdır.
3. İçerik % 90 glikolid ve % 10 laktid kopolimerinden oluşmalıdır.
4. Kutu ve poşetlerin üzerinde üretim tarihi veya son kullanım tarihi, lot no orijinal olarak yazılı olmalıdır.
5. Düğümleme sırasında sütür kopmadan esneme özelliğine sahip olmalıdır.
6. Kalınlıkları düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu USP ve Avrupa farmokopisine uygun olacaktır.
7. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
8. İlgili bölüme teslim edilecek numuneler ilgili cerrahlar tarafından denenecek, sütürün düğümleme, kopma direnci ve iğnenin doku penetrasyonu özellikleri değerlendirilecektir.
9. Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir.
10. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını(LOT) belirtmelilerdir. Teslim edilen numunelerin üzerinde ürünün ihaledeki kaçınıcı kaleme ait olduğu, hangi medikal firmanın teklifi olduğu sticker veya yazıyla açıkça belirtilmiş olmalıdır
11. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılmaması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.

Dr. Öğr. Üyesi İzzet KAYGILI  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 15442/88375

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman GÜNDOĞAN  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 193902

Prof. Dr. Mehmet OKKA  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 35798/47698