

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116854 01.09.2026
Alım No : 26/1393
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 08.09.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	OKSİJEN TÜPÜ (5 LT)			5,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU:

Bu Şartname; 5 LT.medikal oksijen tüpü alım şartnamesidir.

2. GENEL ŞARTLAR:

- Tüpler TSE kalite belgesine sahip olmalıdır.
- Tüpler tıbbi oksijen vanalarına uyumlu olacaktır.
- Oksijen tüplerinin üzerinde gazın cinsini,dolum tarihi ve dolum parti numarasını belirten etiketler olmalıdır.
- Tüplerin dolumu tüp üzerinde belirtilen işaretleme basıncına uygun basınçta yapılacak olup su hacmi ve dolum basıncına göre sıkıştırılan gaz miktarı 5 LT. tüp için 130 bar ve 0,795 m3 olmalıdır.
- Tüpün rengi mavi olmalıdır.Dolu olarak teslim edilmelidir
- Tüp contaları yüklenici tarafından verilecektir.
- Tüpün üzerinde oksijen veya O2 yazmalıdır.
- Tüpler 2 yıl garantili olacaktır.
- Tüplerin kapakları mühürlenmiş olarak teslim edilecektir.
- Ürün hakkında iklimlendirme atölyesinden bilgi alınacaktır.
- Yüklenici firma numune göstermek zorundadır
- Malzemeler idarenin belirleyeceği yere, idarenin belirleyeceği zamanda nakliye edilecektir.
- İstekli firmalar tekliflerini nakliye dahil verecektir. Ayrıca indirme veya bindirme bedeli talep etmeyecektir.

Mutlak GENEL

Oğuz YILDIRIM

Esir USTA SÜLEYMAN
N.E.D. Tıp Fakültesi Hastanesi
Dahiliye Mühendisi