

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116856 01.09.2026
Alım No : 26/1395
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 08.09.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TANSİYON ALETİ MANŞONU			200,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TANSİYON ALETİ MANŞON BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tansiyon aleti manşon bezi üst koldan tansiyon ölçümü yapabilmek amacıyla yetişkin NIBP kullanımına uygun olmalıdır.
- 2- Tansiyon aleti manşon bezi hastanemizdeki ERKA marka tansiyon aletlerine uygun olmalıdır.
- 3- Tansiyon aleti manşon bezin üzerindeki demirlerin arası 2 cm ve demir sayısı en az 10 tane olmalıdır.
- 4- Tansiyon aleti manşon bezi kancalı tipte, çok dayanıklı, cilde zarar vermeyen terleme ve yaralama yapmayacak kumaş ve iplikten yapılmış olmalıdır.
- 5- Manşon bezin boyu en az 14X48 cm (+/- 2cm) olmalıdır.
- 6- Manşon bezleri **çiftli** iç lastikleri ile birlikte verilmelidir.
- 7- Manşon bezi çok kullanımlık olduğu için teklif edilen malzeme uygun solüsyonlarla temizlenebilir, dezenfekte edilebilir, silinebilir ve yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- 8- **200 (iki yüz)** adet yetişkin manşon bezi alınacaktır.
- 9- Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Tansiyon Aleti Manşon Bezi Teknik Şartnamesi

Pınar KAMSIZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Tansiyon Aleti Manşon Bezi Teknik Şartnamesi