

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116851 01.09.2026
Alım No : 26/1396
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 08.09.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	NEMLENDİRİCİ ŞİŞESİ BİBERON			100,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)



NECMETTİN ERBAKAN
UNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

NEMLENDİRME ŞİŞESİ (BİBERON TİPİ) TEKNİK ŞARTNAME

- Flowmetrenin nemlendirme şişesi biberon tipi olmalıdır.
- Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Nemlendirme şişesi üzerinde Minumum ve Maxsimum su seviye çizgileri olmalıdır.
- Nemlendirme şişesi üzerinde polikarbon kapağı ve nemlendirme hortumu olmalıdır.
- Oksijen nemlendirme şişesi vidası oksijen terapi cihazlarına ve oksijen flowmetrelerine montaj edilebilir olmalıdır.
- Nemlendirme şişesi ve kapak arasında conta bulunmalıdır.
- 0 - 15 Lpm basınca dayanaklı olmalıdır.
- Flowmetre fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
- Üretici firmanın TSE hizmete yeterlilik belgesi olmalıdır.
- İthalatçı firma sanayi ve ticaret bakanlığından onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Mustafa ÖNÜL

Öğretmen YILDIRIM

Esin USTAŞULU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Makine Mühendisi