

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 111847
Alım No : 26/141
Talep Eden Birim : STERİLİZASYON MERKEZİ
Konu : STERİLİZASYON MERKEZİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 28.01.2026 10:00

23.01.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	H2O2 STERİLİZATÖRÜ PAKETLEME RULOSU 10 CM X 70 M			100,00	ADET		
2	KAĞIT RULO 10 CM			10,00	ADET		
3	CERRAHİ SETLER İÇİN BAKIM SPREYİ			30,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı

tarihde de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

1. KALEM: H2O2 STERİLİZATÖRÜ PAKETLEME RULOSU 10 cm X 70m TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hidrojen Peroksit paketleme rulosu ebadı; 10cmX70 m olmalıdır.
2. Paketleme malzeme, buharlaştırılmış hidrojen peroksit sterilizasyon işleminde kullanılabilir yapıda olmalıdır.
3. Hidrojen Peroksit paketleme rulusunun geçirgen tarafı % 100 yüksek yoğunluklu polietilenden şeffaf kısmı ise polyester ve polietilen filmden oluşmalıdır.
4. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının yüzeyleri, sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
5. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, kimyasal indikatörü paketleme barlarının altında değil arasında olmalıdır.
6. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, paket açılma yönü bulunmalıdır.
7. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, kenarlarında güvenlik için iki kapatma bariyeri bulunmalı, kapatma alanları minimum 10 mm olmalı ve iki kapatma bariyeri arasında güvenlik kanalı bulunmalıdır.
8. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, paketlerin açılmasında yırtılma olmamalı, düzgün açılmalı ve partükül oluşturmamalıdır.
9. Bu teknik şartnamedeki tüm maddeler belgelenmelidir. Belgeler numuneler ile birlikte bölüme teslim edilecektir.
10. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, üzerinde bulunan lot numaraları ile ambalaj paketi üzerinde bulunan lot numarası aynı olmalıdır.
11. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, CE belgesi olmalıdır.
12. Paketleme malzemesi hiçbir şekilde selüloz madde içermemelidir.
13. Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için en az 10 metre rulo numune verilmelidir. İhale tarihi itibarıyla 3 iş günü içerisinde numuneler teslim edilmeli aksi takdirde numuneler dikkate alınmayacaktır.
14. Satın alan kuruluş yada hastane istediği takdirde bedeli firma tarafından karşılanmak üzere ürünleri bağımsız bir kuruluşa yada laboratuvara test etmek üzere gönderebilecektir.

2.KALEM: KAĞIT RULO 10 cm TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ruloda sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren buhar ve EO kimyasal indikatörü bulunmalıdır. İşlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deforme olmamalıdır.
2. Kapatılmış rulolar açılırken kağıttan partükül koparmamalıdır
3. Sterilizasyon rulusunun indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır. depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
5. Rulonun kağıt kısmı medikal kraft kağıt, folyo kısmı lamine film olmalıdır.
6. Lamine film 5 kat olmalı, delinme ve yırtılmaya dirençli olmalıdır. Bu durumu bildiren belgeler numuneler ile birlikte bölüme teslim edilecektir.
7. Film kalınlığı minimum 50 mikron olmalıdır. Bu durumu bildiren belgeler numuneler ile birlikte bölüme teslim edilecektir.
8. Medikal Kraft Kağıt en az 70 gr/m2 olmalıdır. Ambalajın açma yönünü gösteren ok işareti bulunmalıdır. Poşet sterilizasyon işlemi esnasında açılmamalı, patlamamalıdır.
9. Rulonun kenar kaynakları minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır.
10. Pigment migrasyonunu önlemek için, bütün baskılar kenar kaynaklarının içinde ve ambalaj alanının dışında olmalıdır.

İlhan Parlar

Prof. Dr. Metin DOĞAN
N.E.Ü. İktisat Fak. Hesi
Mikrobiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
Uy. Tes. No: 981482-75822

11. Ürünün taşıdığı standartlar ebat ve lot numarası gibi bilgiler rulo üzerinde fabrikasyon olarak basılı olmalıdır.
12. Ruloların bir tarafı kağıt diğer tarafı polyetilen, polyanit vs. şeffaf filmden olmalıdır.
13. Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için en az 20 metre numune verilmelidir. İhale tarihi itibarıyla 3 iş günü içerisinde numuneler teslim edilmeli aksi takdirde numuneler dikkate alınmayacaktır.
14. Sterilizasyon rulolarına ait TSE veya yetkili akredite kuruluşlardan alınan TS EN 868-5 ürün belgesi olmalı ve belgeler numuneler ile birlikte bölüme teslim edilecektir.
15. Numune değerlendirme aşamasında rulolara sızdırma ve paket bütünlüğüne ilişkin testler uygulanacaktır. Testlerden geçmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Satın alan kuruluş yada hastane istediği takdirde bedeli firma tarafından karşılanmak üzere ürünleri bağımsız bir kuruluşa yada laboratuvara test etmek üzere gönderebilecektir.

3. KALEM: CERRAHİ SETLER İÇİN BAKIM SPREYİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün basınçlı püskürtülebilir spreyl ambalaj özellikte olmalıdır.
- 2.Tüm medikal metal aletlerin ve endoskopların bakımının yapılması için uygun bir ürün olmalıdır.
- 3.Etken madde olarak suda eriyen silikon içermeyen hidrokarbonik özellikli tıbbi parafin yağları içermelidir.
- 4.Anti statik etki yapmalıdır.
- 5.Cerrahi aletlerin yüzeyi üzerinde etkin koruma sağlayan özellikte olmalıdır.
- 6.Toksik olmamalıdır.
- 7.Ürün, metal aletleri aşınmaya engel olan ve mafsalların rahat bir şekilde çalışmasını mümkün kılan özellikte olmalıdır.
- 8.Ürün spreyl başlığı alet ve ekipmanların ince gözeneklerine girebilen uzatma aparatı olmalı ve kolayca uygulanabilir olmalıdır.
- 9.Ürünün UBB kaydı yapılmış olmalı ve TİTUBB'DA 'Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır' ibaresi olmalıdır.
10. İhale tarihi itibarıyla üç gün içinde teklif edilen ürünün numunesi teslim edilmelidir. Teslin edilen numuneler üniteye denenecek ve buna göre karar verilecektir.


İlknur P. ARLAR
Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi


Prof. Dr. Metin DOĞAN
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu