

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 111846
Alım No : 26/148
Talep Eden Birim : STERİLİZASYON MERKEZİ
Konu : STERİLİZASYON MERKEZİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 02.02.2026 14:00

27.01.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KAPATMA CİHAZI YAZICI KARTUŞU			100,00	ADET		
2	ULTRASONİK YIKAMA İÇİN ENZİMATİK SOLÜSYON			400,00	LİTRE		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(2 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

1.KALEM:KAPATMA CİHAZI YAZICI KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapatma makinesi yazıcısı için kartuş makinenin yazıcısı üzerindeki yuvaya uygun şekilde üretilmiş ve kolayca sabitlenebilir olmalıdır.
2. Kapatma makinesi yazıcısı için kartuşla yapılan baskılar net olarak okunabilir özellikte olmalı özellikle sterilizasyondan sonra yazıcılar kalıcı olmalıdır.
3. Kapatma makinesi yazıcısı için kartuş dış etkenlerden korunmak maksadıyla filimle ve kutuyla paketlenmiş olmalıdır.
4. Kapatma makinesi yazıcısı için kartuş 90mm(=10mm)x16mm)(=10mm)61mm(=10mm) ölçülerinde olmalıdır.
5. Üzerinde seri numarası olmalıdır.
6. Şerit eni 13 mm olmalıdır.
7. HAWO marka kapatma makinesine uyumlu orijinal kartuş olmalıdır.
8. ISO,CE uygunluk belgesi olmalıdır.
9. İstenildiği takdirde hawo firmasından orijinal belgesi temin edilmelidir.

2.KALEM:ULTRASONİK YIKAMA İÇİN ENZİMATİK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, her türlü cerrahi, medikal alet ve endoskopların işlem sonrası üzerinde bulunan kan, doku, protein, yağ, gibi organik yükü temizleyecek özelliğe sahip olmalıdır. Ürün deterjan-dezenfektan özelliğine sahip bir solüsyon olmalıdır.
2. Aldehit, fenol, klor bileşikleri içermemelidir.
3. Ürün pas-korozyon oluşturacak kalıntıları temizler özellikte olmalı.
4. Ürün ultrasonik cihazlarda kullanıma uygun olmalı, temizlik ve dezenfeksiyonu bir tek işlemde gerçekleştirmelidir.
5. Ürün solüsyonunun içinden çıkarılan aletler üzerinde leke yapmamalı, gözle görülür ve berrak özellikte olmalıdır.
6. Ürün toksisitesi düşük olmalıdır. Solüsyon içerdiği antioksidanlar sayesinde non koroziv olmalı toksik buharlaşma yapmamalı. Deriyi tahriş edici etkenleri olmamalıdır.
7. Ürün en az 3 enzimli(amilaz, lipaz, proteaz, vb.), olmalı, korozyon inhibitörleri, yardımcı maddeler içermelidir.
8. Personeli çapraz kontaminasyondan korumak için bakterisit, fungusit, virüsit etkinliğe sahip olup,tüberkülosidal etkili olmalıdır. Firma bu özellikleri karşılandığına dair akredite laboratuarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını ihale dosyasında vermelidir. Solüsyonunun içinden çıkarılan aletler üzerinde leke yapmamalı, gözle görülür ve berrak özellikte olmalıdır.
9. Ürün en az %0,5 konsantrasyonda 5 dakikada temizlik yapabilmelidir.Ürün kısa sürede temizlik etkisini göstermelidir. Yağ giderici temizlik gücü biimsel olarak ispatlanmış olmalıdır.
10. Firma sulandırılmış ürün litre maliyetini fiyat teklifinde belirtilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ürünün sulandırılmış litre cinsinden birim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir, Fiyat teklifinde konsantre ve kullanıma hazır litre maliyeti hesaplanarak verilmelidir.
11. Ürünün materyal uyumluluğu geniş olmalıdır ve uyumlu olduğu materyaller listesi belgelendirilmelidir.
12. Korozyona neden olmadığı bilimsel çalışma ile belgelendirilmelidir.
13. Orijinal 2 L ilâ 5 L'lik ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim ve son kullanma tarihi lot numarası yazmalıdır.
14. Üretici firma tarafından ürün ile birlikte ürünün doğru kullanımı için 4 bidon başına 1 adet 25 cc hazneli doz pompası verilmelidir.

İsmail Parlar

Prof. Dr. Metin DOĞAN
E.Ü. Meriç Tıp Fak. Hast.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 1482-75822

15. Ürüne ait Güvenlik Veri Fişi verilmelidir, üretici firmanın ISO 13485, ISO 9001 ürüne ait CE belgesi olmalıdır.

16. Ürün kokusuz olmalıdır.

17. Teklif veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda ürünü ihale sonrası üç iş günü içinde teslim edecektir. Numuneler denenerek karar verilecektir. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

18. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacak.

19. Ürünün UTS (Ulusal Takip Sistemi) 'ne kaydı yapılmış olmalı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

20. Miadı en az 2 yıl olmalı ve miadı yaklaşan ürünler iki ay öncesinden bildirilmesi kaydı ile yenisi ile değiştirilmelidir.

İlknur PARLAR

Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

Prof.Dr.Metin DOĞAN

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu