

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117492 18.09.2026
Alım No : 26/1497
Talep Eden Birim : PATOLOJİ LABORATUVARI
Konu : PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 2 KALEM DAYANIKLI TAŞINIR ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 25.09.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KASET BLOK ARŞİV DOLABI (ÇEKMECELİ)			60,00	ADET		
2	LAM ARŞİV DOLABI			120,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ;90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kaset blok saklama amaçlı olmalıdır.
- 2- Üst üste 10 çekmeceli olmalıdır.
- 3- Her çekmece 12'ye bölünmüş olmalıdır.
- 4- 0.80 sacdan imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Toplam yaklaşık 4500 adet kaset blok kapasiteli olmalıdır.
- 6- Fırınlanmış toz boya kaplı sacdan imal edilmiş olmalıdır.
- 7- Üst üste en az iki dolap istiflenebilir olmalıdır, dolapların devrilmelere karşı daha mukavemetli olabilmeleri için birbirlerine sabitlenip blok haline getirilebilmelidirler. Dolapların dizaynı bu işleme müsait olmalıdır.
- 8- Her iki dolap için 1 adet baza verilmelidir, dolapların devrilmelere karşı daha mukavemetli olabilmeleri için baza ile dolap birbirlerine sabitlenip blok haline getirilebilmelidirler. Bazanın ve dolapların dizaynı bu işleme müsait olmalıdır.
- 9- Taşıma esnasında dolap ve bazalar birbirlerinden ayrılabilmelidir. Taşıma tabanları tüm yüzeye temas edecek şekilde olmalıdır.
- 10- Firmalar dolapları yerine yerleştirip kurulumlarını yapacaktır. Taşıma ve kurulum için her türlü masraf firmalara aittir.
- 11- Laboratuvarımızda bulunan blok arşiv dolaplarına uyumlu olmalıdır.
- 12- En az 2 yıl garantili olmalıdır.

LAM ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dolap 1 kattan oluşmalıdır.
- 2- Her kat 12 çekmeceli ve üst üste 15 adet istiflenebilir olmalıdır, dolapların depremde devrilmelere karşı daha mukavemetli olabilmeleri için birbirlerine sabitlenip blok haline getirilebilmelidirler. Bir raf en az 25 kg ağırlığı taşıyabilme kapasitesine sahip olmalı. Dolapların dizaynı bu işleme müsait olmalıdır.
- 3- 0.80 sacdan imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Her çekmece yaklaşık 200 Lam alabilmelidir.
- 5- Fırınlanmış toz boya kaplı sacdan imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Her on kat için 1 adet baza verilmelidir. Bazanın ve dolapların dizaynı bu işleme müsait olmalıdır.
- 7- Taşıma esnasında dolap ve bazalar birbirlerinden ayrılabilmelidir. Taşıma tabanları tüm yüzeye temas edecek şekilde olmalıdır.
- 8- Firmalar dolapları yerine yerleştirip kurulumlarını yapacaktır. Taşıma ve kurulum için her türlü masraf firmalara aittir.
- 9- Laboratuvarımızda bulunan lam arşiv dolaplarına uyumlu olmalıdır.
- 10- En az 2 yıl garantili olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Fahriye KILINÇ
Patoloji A.B.D Öğretim Üyesi



Prof. Dr. Sıdıka FINDIK
Patoloji A.B.D Öğretim Üyesi

