

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117710 28.09.2026
Alım No : 26/1540
Talep Eden Birim : REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 05.10.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ANAKART (NEMLENDİRİCİ CİH. İÇİN)			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT: Teknik şartname (1 sayfa) ektedir.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ REANİMASYON ANABİLİMDALİ
NEMLENDİRİCİ CİHAZI İÇİN PARÇA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz REANİMASYON ünitesinde bulunan 1 (bir) adet FISHER PAYKEL marka MR850AFU model nemlendirici cihazı aşağıdaki parça alınacaktır.

-ANA KART 1 ADET

2. Teklif edilecek parça FISHER PAYKEL marka cihazlarla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
3. Teklif edilen parça ,sıfır, orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen parçalar kabul edilmeyecektir. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapıldığını belgelemek zorundadır. Cihazdan çıkan arızalı parça hastaneye iade edilecektir.
4. Teklif edilen parça cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak,yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
5. Teklif edilen parça hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
6. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
7. Teklif edilen parça ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Teklif veren firma teslimat sonunda parçanın montajını yapacak, cihazın gerekli tüm bakımlarını ve ayarlarını yapacak, çalışma performansını test edecek ve hasta almaya hazır çalışır vaziyette teslim edecektir.
9. Teklif edilen parça en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
10. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
11. Teklif veren firma yaptığı tüm işlemler için servis raporu tutacak ve BİYOMEDİKAL biriminden onay alacaktır.

Prof. Dr. Hasan YASUNKAYA
İ.E.Ü. Necmettin Erbakan Tıp Fak. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D. Öğrt. Üyesi
T.D. Tes. No: 36617

Prof. Dr. Funda GÜRK
İ.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Diy. Tes. No: 146266