

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117701 30.09.2026
Alım No : 26/1547
Talep Eden Birim : KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ 5 (PİL VE ARİTMI)
Konu : KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ 5 (PİL VE ARİTMI) İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 07.10.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KABLO (HOLTER CİHİ.İÇİN)			10,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT: Teknik şartname (1 sayfa) ektedir.

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ ANA BİLİM
DALI HOLTER KAYDEDİCİSİ KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kablo BTL marka Holter cihazına birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kablo herhangi bir ara aparat gerektirmeden cihaza direk takılabilmelidir.
3. Kablo 5 lead çıkışlı olmalıdır. Kablo uçları çıtçıtli olmalıdır.
4. Cihaz kabloyu otomatik olarak tanımalıdır.
5. Kablo kırılmaya ve darbeye dayanıklı olmalıdır.
6. Üretici firma tarafından verilen Yetki Belgesi teklifle birlikte sunulmalıdır.
7. Kablo Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı olmalıdır.
8. Numune görüldükten sonra uygunluk verilecektir.


Doç. Dr. Mustafa ÇELİK
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 139781


Doç. Dr. Ahmet Kütü SERTDENİR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 156073