

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

01.10.2026

İstem No : 117847
Alım No : 26/1566
Talep Eden Birim : AĞRI (ALGOLOJİ) SERVİSİ
Konu : AĞRI (ALGOLOJİ) SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 05.10.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	USG UYUMLU SINIR BLOG İĞNESİ 20G 100 MM		AN1380 - 11	200,00	ADET		
2	USG UYUMLU SINIR BLOG İĞNESİ 22G 80 MM		AN1380 - 11	300,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numüne istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

USG UYUMLU BLOK İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün anesteziik maddelerin uygulamasını düzenlemek amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 2.Ürün özel olarak iğnenin ucuna kadar, ekojenik hale getirilmiş ve USG'de görünürlüğü sağlanmış olmalıdır.
- 3.İğne uzunluğu boyunca yalıtkan bir kaplamaya sahip olmalı ve iğnenin yalnızca ucu iletken olmalıdır.
- 4.İğne yüzeyi pürüzsüz olmalı ve bu sayede penetrasyonu kolay olmalıdır.
- 5.Ürünün keskin uç tarafında 2 cm ye kadar olan kısmında ultrason dalgalarını düzgünce yansıtan ve iğnenin ultrason altında rahat görünmesini sağlayan ekojenik çentikler olmalı, iğnenin kalan kısmı düzgün, kaygan ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır.
- 6.Ponksiyon kânülünde derinliği gösteren uzunluk işaretleri olmalıdır.
- 7.İğnenin çap ve uzunluk seçenekleri aşağıdaki gibi olmalıdır;
 - a) 100 mm'lik için 20G
- 8.İğneler, sinirlerde meydana gelecek muhtemel hasarları en aza indirmek için 15 ile 30 derece arasında bileyli olmalıdır.
- 9.Ponksiyon kânülü, sinir stimulatör cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyona/aspirasyona izin veren uzatma line'ı olmalıdır.
- 10.Ultrason altında görünürlüğü çok iyi olmalı, ultrason ile en uygun ve güvenli kullanım için tek elle uygulanabilme özelliği olmalıdır

Prof. Dr. Ahmet TOPAL
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anes. ve Rean. B.D. Bşk.
Dip. Tes. No: 60696

Prof. Dr. Sema ZÜKER UZUN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anes. ve Rean. B.D. Bşk.
Dip. Tes. No: 60696

USG UYUMLU BLOK İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün anesteziik maddelerin uygulamasını düzenlemek amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün özel olarak iğnenin ucuna kadar, ekojenik hale getirilmiş ve USG'de görünürlüğü sağlanmış olmalıdır.
3. İğne uzunluğu boyunca yalıtkan bir kaplamaya sahip olmalı ve iğnenin yalnızca ucu iletken olmalıdır.
4. İğne yüzeyi pürüzsüz olmalı ve bu sayede penetrasyonu kolay olmalıdır.
5. Ürünün keskin uç tarafında 2 cm ye kadar olan kısmında ultrason dalgalarını düzgünce yansıtan ve iğnenin ultrason altında rahat görünmesini sağlayan ekojenik çentikler olmalı, iğnenin kalan kısmı düzgün, kaygan ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır.
6. Ponksiyon kânülünde derinliği gösteren uzunluk işaretleri olmalıdır.
7. İğnenin çap ve uzunluk seçenekleri aşağıdaki gibi olmalıdır;
 - a) 80mm'lik için 22G
8. İğneler, sinirlerde meydana gelecek muhtemel hasarları en aza indirmek için 15 ile 30 derece arasında bileyli olmalıdır.
9. Ponksiyon kânülü, sinir stimulatör cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyona/aspirasyona izin veren uzatma line'ı olmalıdır.
10. Ultrason altında görünürlüğü çok iyi olmalı, ultrason ile en uygun ve güvenli kullanım için tek elle uygulanabilme özelliği olmalıdır

Prof. Dr. Ali Kemal
N.E.Ü. Tıp Fak. Hast.
Anes. ve Rean. A.B.D. Öğrt. Üyesi
Dip. Tes. No: 196679

Prof. Dr. S. TUNCER UZUN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anes. ve Rean. A.B.D. Ağrı B.D. Bşk.
Dip. Tes. No: 60696