

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

01.10.2026

İstem No : 117785
Alım No : 26/1567
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE
Konu : AMELİYATHANE İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 05.10.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	CER. SÜT. EMİLEBİLEN SENTETİK UZUN DÖNEM DOKU DESTEKLİ LOOP NO:1 (45 MM) Y.I.			900,00	ADET		
2	CER. SÜT. POLYPROPİLEN MONOFLAMED NO:1 50 MM Y.I. LOOP			900,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HÜSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HÜSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

CERRAHİ SÜTÜR EMİLMEYEN MONOFLAMENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi iplikler polypropilen veya polyvinylidene fluoride'den imal edilmiş olacak, kalınlıkları düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu USP ve Avrupa farmokopisine uygun olacaktır.
2. Monoflamen ve nonabsorbable özellikte olmalıdır.
3. Ethilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Sütür kopmadan esneme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Malzemenin raf ömrü 3 yıl olmalıdır.
6. Kutu veya poşetlerin üzerinde son kullanım tarihi, Ürün katalog numarası, imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, üretim adresi, filament yapısı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde olmalıdır. Üzerinde etiketle yapıştırma olan ürünler kabul edilmeyecektir.
7. Cerrahi sütürler paket içine geliş güzel yerleştirilmiş olmamalıdır iplik çıkarılırken düğümlememelidir. Direkt olarak portegüye rahatça takılabilecek konumda olmalıdır.
8. İplik mavi renkli olmalıdır.
9. Yüksek mukavemete sahip olmalı, kopmalara karşı maksimum direnç göstermeli ve düğüm güvenliği yüksek olmalı, düğüm kolayca açılmamalıdır.
10. İğne boyu 10mm.'nin üzerindeki için 3/0-2/0-0-1-2 +/- 3. Tolerans tanınmalıdır.4/0 ve üzeri suturelarda 1/1 oranında olmalıdır.Ayrıca iğne ile sütür birleştirilme yerinde iğne lazer /drilling veya iğne ve ipliğin bileşim yerinden ayrılmasını engelleyen bir sistem kullanılarak delinmiş olmalı firmalar bu özelliği istenildiğinde belgelendirilmelidir.
11. İğne ile iplik arasındaki kalınlık (çap) farkı, doku geçişlerinde travma yaratmayacak şekilde minimum olmalıdır.
12. Cerrahi iğneler doku geçişleri sırasında travma oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş uç geometrilerine sahip olmalıdır. Kullanılacak cerrahi prosedürlere göre iğnelerin penetrasyon özelliğine sahip olmalıdır..
13. İstenen iğnelerde iğne uç kısmı keskin veya gövde kısmı yuvarlak olmalıdır.
14. Cerrahi iğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup korozyona karşı direnç sağlamalıdır. Paslanmaz çelik iğneler aynı zamanda krom içermelidir. Krom yüzeyde oksijene karşı koruyucu ince bir kromoksit veya nucuat tabaka sağlamalıdır, bükülme ve kırılmaya karşı daha yüksek direnç sağlaması için paslanmaz çelik iğnelere yüksek nikel ilavesi yapılmış olmalıdır. Kurum gerek duyduğu taktirde numunelerin iğnelerini uygun gördüğü tarafsız laboratuarlara (örn: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.
15. İğnenin portegü içinde stabil kalabilmesi için iğneler flat gövde olmalı,iğne portegü içinde dönmemelidir.
16. Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü su ve nemden etkilenmeyen kağıt, veya thvek diğer yüzü saydam naylon olmalıdır. Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ise ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan olmalıdır veya sütür ambalajı kullanım esnasına kadar sterilitesini bozulmayacak şekilde su, nem, ısı ve ışıktan korunması için dış ambalajı; soyulabilir nitelikte alüminyum folyo veya bir yüzü şeffaf diğer yüzü su ve nem geçirmeyen yırtılmayan kağıt, iç ambalajı; soyulabilir alüminyum folyo veya blister/plastik/karton olmalıdır.
17. Suture ambalajı suture cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacı ile uluslar arası renk kodu olmalıdır.

Prof. Dr. Ömer TANYELİ
Necmettin Erbakan Ün. Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 104922

Prof. Dr. Ömer TANYELİ
Necmettin Erbakan Ün. Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 104922

18. Teklif verilecek olan ürünün direkt hasta sağlığıyla ilgili olması ve işin niteliği nedeniyle, ürünün erime süresi, tensil kuvveti değerleri ve ürünün kullanımı ile alakalı tüm belge ve bilgiler sunulacaktır.
19. İhaleye girecek firmalar 5 adet numuneyi ihale tarihi itibarıyla 3gün içerisinde ilgili bölüme teslim edilecektir.
20. Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacak, uygun görülmeyen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Kullanım esnasında iğne iplik bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır
22. İp uzunluğu 150cm olmalıdır.

CERRAHİ SÜTÜR GEÇ EMİLEN SENTETİK UZUN DÖNEM DOKU DESTEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme sentetik, monofilaman ve emilebilir yapıda olacaktır.
2. Malzeme %100 polydioxanone, polyglyconate veya poly-p-dioxanone' den imal edilmiş olacaktır
3. Kalınlıkları düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu USP ve Avrupa farmokopisine uygun olacaktır.
4. Malzeme mor, yeşil renkli veya renksiz seçenekleri olmalıdır.
5. Malzeme etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Malzemenin kullanıldığı dokularda 42-60 gün doku desteği sağlayıp 180 – 210 gün aralığında vücuttan hidroliz ile tamamen emilmelidir.
7. Malzemenin raf ömrü 3 yıl olmalıdır.
8. Kutu ve poşetlerin üzerinde son kullanım tarihi, Ürün katalog numarası, imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, üretim adresi, filament yapısı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde olmalıdır. Üzerinde etiketle yapıştırma olan ürünler kabul edilmeyecektir.
9. Kullanım esnasında iğne iplik bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.
10. İğne boyu 10mm.' nin üzerindeki için 3/0-2/0-0-1-2 +/- 3mm. Tolerans tanınmalıdır. 4/0 ve üzeri süturlarda 1/1 oranında olmalıdır. Ayrıca iğne ile sütür birleştirilme yerinde iğne lazer /drilling veya iğne ve ipliğin bileşim yerinden ayrılmasını engelleyen bir sistem kullanılarak delinmiş olmalı firmalar bu özelliği istenildiğinde belgelendirilmelidir.
11. İğne ile iplik arasındaki kalınlık (çap) farkı, doku geçişlerinde travma yaratmayacak şekilde minimum olmalıdır.
12. Cerrahi sütürler paket içine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır iplik çıkarılırken düğümlememelidir. Direkt olarak portegüye rahatça takılabilecek konumda olmalıdır.
13. Yüksek mukavemete sahip olmalı, kopmalara karşı maksimum direnç göstermeli ve düğüm güvenliği yüksek olmalıdır.
14. İğneli istenen ipliklerde cerrahi iğneler doku geçişleri sırasında travma oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş uç geometrilerine sahip olmalıdır. Kullanılacak cerrahi prosedürlere göre iğnelerin penetrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
15. Cerrahi iğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup korozyona karşı direnç sağlamalıdır. Paslanmaz çelik iğneler aynı zamanda krom içermelidir. Krom yüzeyde oksijene karşı koruyucu ince bir kromoksit veya nucuat tabaka sağlamalıdır, bükülme ve kırılmaya karşı daha yüksek direnç sağlaması için paslanmaz çelik iğnelere yüksek nikel ilavesi yapılmış olmalıdır. Kurum gerek duyduğu taktirde numunelerin iğnelerini uygun gördüğü tarafsız

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TANYELİ
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 161523

Prof. Dr. Ömer TANYELİ
Neometin Etilen Üretilen İp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.
Dip. Tes. No: 104922

laboratuarlara (örn: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.

16. İğnenin portegü içinde stabil kalabilmesi için iğneler flat gövdeli olmalıdır.
17. Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü su ve nemden etkilenmeyen kağıt, veya thvek diğer yüzü saydam naylon olmalıdır. Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ise ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalıdır
18. Suture ambalajı suture cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacı ile uluslararası renk kodu olmalıdır.
19. Teklif verilecek olan ürünün direkt hasta sağlığıyla ilgili olması ve işin niteliği nedeniyle, ürünün erime süresi, tensil kuvveti değerleri ve ürünün kullanımı ile alakalı tüm belge ve bilgiler sunulacaktır.
20. İhaleye girecek firmalar 5 adet numuneyi ihale tarihi itibarıyla 3 gün içerisinde ilgili bölüme teslim edilecektir.
21. Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacak, uygun görülmeyen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22. İp uzunluğu 150 cm olmalıdır.

29.09.2016

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal KARMAKÇI
M.Ü. Sağlık Fak. Fak. Fak. Fak.
Genel Cerrahi A.B.D.
İp. Fak. No: 101323

Prof. Dr. Ömer TANYELİ
Hecmettin Çarıkçıoğlu Univ. Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
İp. Fak. No: 104922