

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117798 02.10.2026
Alım No : 26/1580
Talep Eden Birim : GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 08.10.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FLOW METRE			2,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT: Teknik şartname (1 sayfa) ektedir.

SPIROMETRE FLOWMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Flow metre klinikte kullanılan spirometre cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Akım ölçüm aralığı 0 ila 16 lt/sn olmalıdır.
- 3-Akım ölçüm doğruluğu ± 5 veya 200 lt/sn olmalıdır.
- 4-Volum aralığı 12 lt , doğruluğu $\pm 2,5$ veya 50ml olmalıdır.
- 5-Direnci 14 lt/sn de $< 0,8$ cm H₂O lt/sn olmalıdır.
- 6-Cosmed marka cihaza uyumlu olmalıdır.

Dr. Hülya VALANSEV
E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Röğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 73179

Dr. Hülya VALANSEV
E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Röğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 73179