

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 118185 20.10.2026
Alım No : 26/1664
Talep Eden Birim : KARDİYOLOJİ SERVİSİ
Konu : KARDİYOLOJİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 27.10.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TUŞ TAKIMI (EKG CİH.İÇİN)			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALI EFOR
ÜNİTESİ EKG CİHAZI İÇİN PARÇA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz Kardiyoloji EFOR ünitesinde bulunan 1 (bir) adet GE marka MAC 2000 model EKG cihazı için TUŞ TAKIMI alınacaktır.
2. Teklif edilecek parça GE marka MAC 2000 model cihazla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
3. Teklif edilen parça hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
5. Teklif edilen parça ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
6. Teklif veren firma teklif ettiği parçanın montajını yapacak ,cihazı çalışır durumda teslim edecektir.
7. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
8. Teklif edilen ürünler 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

Doç. Dr. Enes Elvin GÜL
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 143698

Doç. Dr. Ahmet Lütfü SERTDEMİR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 156675