

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

23.10.2026

İstem No : 118459
Alım No : 26/1684
Talep Eden Birim : ANJİOGRAFİ VE GİRİŞİMSSEL RADYOLOJİ
Konu : ANJİOGRAFİ VE GİRİŞİMSSEL RADYOLOJİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 26.10.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ANJİOGRAFİ ÖRTÜ SETİ			750,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde

tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

ANJİOGRAFİ ABLASYON ÖRTÜ SETİ

1. Steril alanı korumak, enfeksiyon riskini azaltmak, hasta ve çalışan arasında bariyer oluşturmak amacıyla "Ablasyon" işleminde kullanılmak üzere tasarlanmış tek kullanımlık örtü seti olmalıdır.

2. Ürün "Non-woven" kumaşlar ile üretilmiş olmalıdır. Örtü iki-üç lamineli kumaşlar ile oluşturulmalıdır.

ANJİOGRAFİ ABLASYON ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ:

- 1 adet 150*250cm ölçüsünde ablasyon örtüsü olmalıdır.
- 1 adet ortasına 110($\pm$ 10)gr/m² ağırlığında 75*110($\pm$ 5)cm yüksek emicili takviye amaçlı kumaş eklenmiş 150*320cm ölçüsünde anjiyo örtüsü olmalıdır.
- 10 adet 10x10 ebadında 12 kat / 37 tel spanç
- 1 adet tüp kılıfı olmalıdır.
- 2 adet 60x90 ölçülerinde çok emici kumaştan yapılmış koruyucu alt örtü.
- 2 adet 500cc ebatlarında sert plastikten yapılmış solüsyon kabı olmalıdır.
- 1 adet boyama sünger olmalıdır.
- 3 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır.
- 3 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır.
- 1 adet 200*250 cm ölçülerinde ay masa örtüsü olmalıdır.
- 1 adet 120*200 cm ölçüsünde Kurşun Paravan Kılıfı

3. Ablasyon örtüsünün operasyon yapılacak bölgede deliği olmalıdır. Bu delik çapı 30($\pm$ 2)cm boyutta olmalı ve deliğin kumaşın üst tarafına olan mesafesi 25($\pm$ 2)cm olmalıdır.

4. Anjiyo örtüsünün femoral arter delikleri olmalıdır. Bu delik çapları 11($\pm$ 2)cm boyutta olmalı ve her iki delik merkezleri arasındaki mesafe 24($\pm$ 2)cm olmalıdır. Femoral arter deliklerinin kumaşın üst tarafına olan mesafesi 70($\pm$ 2)cm olmalıdır.

5. Örtü üzerindeki delikler örtünün arka yüzü hastanın vücuduna tam olarak yapışan cildi tahriş etmeyen tıbbi medikal malzemeden üretilmiş insizyon film ile kaplı olmalıdır.

6. Örtüler non-woven (dokumasız), tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

7. Non-woven bant işlem esnasında, sıvıyla temas ettiğinde vb durumlarda yapışkan özelliğini kaybetmemelidir.

8. Örtü, ışığı yansıtmayan pastel renklerde (mavi, yeşil) olmalıdır.

9. Örtü, iki katlı materyalden oluşmalı ve örtünün emicilik oranının azalmaması için katlar

birbirine püskürtme yapışkan yöntemi ile lamine edilmiş en az $65(\pm 3)\text{gr/m}^2$ olmalı. Örtünün üst katı emici, alt katı sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.

10. Örtüde kullanılan cilt bantları non-alerjik olmalı (istenildiğinde bu özellik belgelendirilmelidir.) ve bantların kolay açılabilmesi için, kenarlarından 4'er cm ve tüm bant boyunca da 1cm yapışkan olmayan boşluk bulunmalıdır.

11. Bantların kısa kenarlarında kolay açılmasını sağlayacak fingerlift bulunmalıdır. Bantlar 5cm olmalıdır.

12. Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerinde kolaylaştırıcı etiketler bulunmalıdır. Örtüler steriliteyi bozmayacak ve açılış kolaylığı sağlayacak "Z" katlama yöntemiyle katlanmış olmalıdır.

13. Set alet masa örtüsü ile bohçalanmış olmalı ve Alet Masa örtüsünün bir katı emici non-woven diğer katı tamamen geçirimsiz $65(\pm 5)$ mikron kalınlığında medikal polietilen malzemeden olmalıdır. Alet Masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen $4*4\text{cm}$ ebadında bir bant olmalıdır.

14. Örtü kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalıdır, kumaş yaması olmamalıdır.

15. Set içerisindeki cerrahi önlüklerde ürünün korumalı (takviyeli) tiplerinde kullanılan malzeme, $45(\pm 5)\text{gr/m}^2$ SSMMS tekniği ile üretilmiş malzemeden olmalıdır. Su, kan ve benzeri sıvıları emmeden ortamdan uzaklaştıracak alta geçişine izin vermeyecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir.

16. Set içerisindeki cerrahi önlüklerin kol manşetleri $8 (\pm 3)\text{cm}$ uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış olmalı ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız etmeyecek şekilde elastik, dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır.

17. Set içerisindeki cerrahi önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol (bilekten dirsek üstüne kadar) ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında, kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi polyester non-woven malzemeden oluşan takviye malzemesi bulunmalıdır. Takviye önlüğün iç tarafında olmalıdır ve boyundan etek kısmına kadar uzanmalıdır.

Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kuşaklar önlük gövdelerine kolayca kopmayacak şekilde ultrasonic makine ile sabitlenmiş olmalıdır. Dış iki kuşak steriliteyi bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalı ve dikiş yerlerinde açıklıklar olmamalıdır.

18. Önlüklerdeki yaka genişliği kullanılan velcro ile ayarlanabilir olmalıdır.
19. Set içerisinde bulunan havlu 60($\pm$ 4)gr emici viskoz materyalden olmalı, kâğıt olmamalı ve hav bırakmamalıdır.
20. Üretici firma ISO 13485:2016 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ürün kalite işaretini taşımalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir).
21. TS EN 13795-1 (Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) kalite standardını karşılamalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir).
22. Önlüklerin göğüs ve kollardaki bariyeri en az 100cmH₂O hidrostatik basınca dayanıklı olmalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir).
23. Setler içerisindeki tüm örtülerin ve önlüklerin TS EN ISO 9073-4 standardına göre yırtılma dayanıklılığı en az 20 N olmalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir).
24. Set içerisinde yer alan önlükler TS EN ISO 11092'ye göre su buharı direnci (Ret değeri) en fazla 20m² Pa/W olmalıdır
25. Ürün etilen oksit sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalı ve sterilizasyon işlemine ait indikatör (bir adet bohça içinde, bir adet bohça dışında) olmalıdır.
26. ETO kalıntı testi ISO 10993-7'ye göre akredite bir laboratuvara yaptırılmış olmalıdır (istenildiği takdirde sunulmalıdır).
27. Seti oluşturan tüm örtü ve önlükler alet masa örtüsüne bohçaladıktan sonra bir yüzü şeffaf medikal film, diğer yüzü medikal kâğıttan oluşan ve üzerinde indikatörü olan etilen oksit gazı ile sterilizasyon yöntemine uygun ambalaj ile paketlenmelidir. İndikatörün hangi renge döneceği sterilizasyon poşeti üzerindeki renk skalası ile belirtilmelidir.
28. Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, sterilizasyon tarihi, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır.

Prof.Dr. Bekir TURGUT
Girişimsel Radyoloji Departmanı
Öğretim Üyesi (Birim Temsilcisi)

Prof.Dr. Süleyman BAKDIK
Girişimsel Radyoloji Departmanı
Öğretim üyesi (Birim Temsilcisi)