**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem No : 118954 **17.11.2026**

Alım No : : 26/1853

Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER

Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI

**Son Teslim Tarih & Saat** : **24.11.2026 14:00**

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| Sıra No | Malzeme Cinsi | Açıklama | Resmi Kodu | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONİTÖR EKG KABLOSU | | | 14,00 | ADET | | |

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeleaçık bir şekildeyazılmış olarakverilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
**8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.**

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

N.E.Ü TIP FAK. HASTANESİ AKYOKUŞ 42080 - SELÇUKLU / KONYA
FAKS :0(332) 223 77 86 TEL :0(332) 223 60 00 https://hastane.erbakan.edu.tr
e-mail: meramtipsatinalma@erbakan.edu.tr

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ CİHAZLARI İÇİN EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. EKG kabloları hastanemizde bulunan aşağıda bilgileri verilen hastabaşı monitörü cihazlarına uygun olmalıdır.
2. Leadler DIN standardı tipinde ve her iki ucunda renk kodlu ve renk kodlarını gösteren harfler olmalıdır.
3. Kablonun uç kısımları kıskaç uçlu olmalıdır.
4. Kablonun karışıklığı ve uzun vade de kırılmaları önlemek için kablo ayrıştırıcısı olmalıdır.
5. İstemi yapılan EKG kablosu kırılmalara karşı dayanıklı esnek malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. İstemi yapılan EKG kabloları 3 veya 5 leadli olmalıdır.
7. Ölçüm esnasında herhangi bir kayba neden olmamalıdır.
8. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır.
9. Kabloların CE belgesi olmalıdır.
10. Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası,hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
11. Hasta başı monitörü EKG kabloları hastanede bulunan aşağıda bilgileri verilen hastabaşı monitörlerine uyumlu olacaktır.
12. Mindray marka UMEC12-UMEC 120-UMEC 150 Model 10 Adet
    Mindray marka MAC 2000 model 2 Adet
    Mindray marka Beneview T8 model 2 Adet
    olmak üzere toplam 14 adet EKG KABLOSU olacaktır.




