

## TEKLİF TEKLİF FORMU

Form No : 112268  
Alım No : 26/288  
Talep Eden Birim : BEY N CERRAH SERVİSİ  
Konu : BEY N CERRAH SERVİSİ Ç N 1 KALEM DAYANIKLI TAŞINIR ALIMI  
Son Teslim Tarih & Saat : 17.04.2026 14:00

10.04.2026

## HT YAĞ LİTES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ATAÇMAN (AYAKLI) 2.4 MM			4,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DARI ARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLU TURMAKTADIR.  
DİR RUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR DARI ARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kağıtlar açık bir şekilde yazılmı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler : 30 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

## YÜKSEK DEVİRLİ YETİŞKİN KESİCİ ATAÇMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek kesici ataçmanı hastanemiz envanterinde bulunan Medtronic marka Midas Rex Legend model yüksek devirli drill sistemi ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Teklif edilecek ataçman kraniyotomi yapmaya uygun olmalıdır.
3. Teklif edilecek ataçmanın şaft çapı 2,4 mm olmalıdır.
4. Teklif edilecek ataçman 2,3 mm lik kraniyotomi ucunu kullanmaya uygun olmalıdır.
5. Teklif edilecek ataçman kolay uç seçimi sağlamak için ayırtman renge sahip olmalı bu renk ürünün orijinal kataloğundan uç seçimine yardımcı olmalıdır.
6. Teklif edilecek ataçmanın motora takılıp sökülmesi kolay olmalıdır. Herhangi bir yardımcı enstrüman gerektirmemelidir. Bunun için ataçman üzerinde yol gösterici işaretler bulunmalıdır. Ataçman kesinlikle rotasyonel olmamalıdır.
7. Ataçman motora takıldıktan sonra 75.000 rpm e kadar sabitlenerek çalışabilmelidir.
8. Ataçman otoklavda steril edilebilmedir.
9. Teklif veren firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve belge içerisinde marka yazılı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi **BERTOLU**  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerr. A.B.D.  
Dip. No: 175425

Prof. Dr. M.Fatih ERDI  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Beyin ve Sinir Cerr. A.B.D.  
Dip. Tes. No: 11432673890