

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 112387

17.02.2026

Alım No : 26/358

Talep Eden Birim : KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ

Konu : KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI

Son Teslim Tarih & Saat : 20.02.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	UTERİN MANİPÜLATÖR HANDLE (L)		OR2950 - 109	3,00	ADET		
2	UTERİN MANİPÜLATÖR HANDLE (M)		OR2950 - 109	3,00	ADET		
3	UTERİN MANİPÜLATÖR HANDLE (S)		OR2950 - 109	2,00	ADET		
4	UTERİN MANİPÜLATÖR HANDLE (XL)		OR2950 - 109	2,00	ADET		
5	LİGASYON KLİPSİ ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ EKSTRA BÜYÜK (KARTUŞ)		UR1088 - 48	150,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı

tarihde de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

N.E.Ü TIP FAK. HASTANESİ AKYÖKÜŞ 42080 - SELÇUKLU / KONYA
FAKS :0(332) 223 77 86 TEL :0(332) 223 60 00
<https://hastane.erbakan.edu.tr>

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI

UTERUS MANİPULATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-2-3-4. KALEM, (TB24141-L, TB24140-M, TB24139-S, TB24142-XL)

1. Ürünün tamamı disposable olmalıdır.
2. Uterusu manipüle etmek için ergonomik yapıda olmalıdır.
3. Ürünün tüm uzunluğu tutaç dahil olmak üzere 48cm olmalıdır.
4. Ucunda uterusu zarar vermeyen sabitleyici balonu olmalıdır.
5. Balonu şişirmek ve balon içindeki havayı geri alabilmek için valfli aparatı olmalıdır.
6. Balonu şişirmek için 7-10cc hava verilebilmelidir.
7. Üzerinde uterus, cervix ve vajina derinliklerini belirleyen çizgiler olmalıdır.
8. Arka kısmında metilen mavisi verilebilecek port olmalıdır.
9. Sabitleyicinin uç kısmında servikal durdurucu olmalıdır.
10. Servikal cap, kolpotomi sırasında daha iyi renk kontrastı ile fincanın kolay tanımlanması sağlayıcı ve kamerada parlamayan parlak yeşil renkte olmalıdır.
11. Cerrahin işini kolaylaştırmak için ön fincanda, gerektiğinde dikiş ile sabitlemeyi sağlayan dikiş delikleri olmalıdır.
12. Servikal Cap ebadı isteğe bağlı olarak, small (32mm), medium (34mm), large (37mm) ve x-large (40mm) boylarda olmalıdır.
13. Arka kısmında uterusu istenilen pozisyonda tutabilmek için ergonomik tutacı olmalıdır.
14. Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi yazılı olmalıdır
15. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
16. ÜTS kaydı ve SUT Kodu olmalıdır.

REUSABLE OTOMATİK POLİMER CLİP KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ **(TB12220)**

1. Klipler şarjör üzerinde kullanıma hazır olmalıdır.
2. Bir şarjörde 15 adet yüklü L boy polimer klip olmalıdır.
3. Şarjör reusable klip aplikatörüyle uyumlu olmalıdır.
4. Klipsler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında olmalıdır.
5. Klips birleşimi, insan vücuduna hiçbir yan etkisi tespit edilmeyen absorbe olmayan Polimer yapısında olmalıdır.
6. Klips tam kapama sağlayan "kayık şekilli" yapıda olmalıdır.
7. Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
9. Şarjör aşağıda özellikleri yazılı olan reusable klip aplikatörüyle kullanılır olmalıdır.
10. Kartuşlar disposable olmalıdır.
11. Her 100 kartuş için aşağıda özellikleri belirtilen reusable atıcıdan 2 adet kullanım süresince konsinye bırakılacaktır.

Prof. Dr. Ali ACAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi
Kadın Hast. ve Doğum A.B.D. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 16812

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Memnun GÜNDOĞAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kadın Hast. ve Doğum A.B.D.
Dip. Tes. No: 191164 / 152289

REUSABLE OTOMATİK POLİMER CLİP APLİKATÖRÜ

1. Aplikatörün Uzunluğu en az 33cm olmalıdır.
2. Aplikatörün Şaft çapı 10mm olmalıdır.
3. Aplikatör tek parmak ile 360° döndürülebilmelidir.
4. Aplikatör 15 adet Large (Büyük- Boy) yüklü olan polimer klip kartuşu ile uyumlu olmalıdır.
5. Aplikatör çift çene hareketli olmalıdır.
6. Aplikatörün uç kısmı düz olmalıdır.
7. Aplikatör large klip için mor renk kodlu olmalıdır.
8. Reusable olmalıdır.
9. Aplikatör üzerinde iç kısmının temizlenmesi için dış manşon sökülebilir olmalıdır.
10. Aplikatör otoklavlanabilir olmalıdır.
11. Aplikatörün arkasında şarjör takılma yönünü gösteren işaret olmalıdır.
12. Aplikatörün ucu 10mm trokardan geçmesi için kademeli şekilde kilitlenip kapanır şeklinde olmalıdır. 2. kademe sıkışta klipi uç kısmında atışa hazır hale getirmelidir. Tam sıkıldığında klip kilitli hale gelmelidir.
13. Numune görülerek karar verilecektir.

Dr. Öğretim Üyesi Kübra GÜNDOĞAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Satınalma Birim Temsilcisi

Prof. Dr. Ali ACAR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Satınalma Birim Temsilcisi