

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem No : 112100  
Alım No : 26/374  
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ SERVİSİ  
Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 20.02.2026 10:00

18.02.2026

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| Sıra No | Malzeme Cinsi                  | Açıklama | Resmi Kodu  | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|--------------------------------|----------|-------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1       | DOUBLE J KATETER SETİ 4F 20 CM |          | UR1034 - 18 | 5,00    | ADET   |              |               |
| 2       | NİTİNOL BASKET 1.9 - 2.4 FR    |          | UR1038 - 47 | 5,00    | ADET   |              |               |
| 3       | DORMIA BASKET 3F (TRICEP)      |          | UR1044 - 44 | 5,00    | ADET   |              | 18.02.2026    |

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9.Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyyoluna gidilecektir.
- 10.Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

**NOT:**

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve ...../...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

**NOT:**

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

**NOT:**

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

**\*\*\* İstekler veya istekli olabilcekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

**T.C.**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ**  
**ÜROLOJİ ANABİLİM DALI**  
**DOUBLE J KATETER SETİ, ÇOCUK HASTALAR İÇİN (4 fr 20 cm) ŞARTNAMESİ**

1. Stent poliüretandan malzemedan üretilmiş olmalıdır.
2. Distal ucu kapalı proksimal ucu açık olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Dj kateterin ucu üretere yerleştirme işleminde travmaya neden olmayacak şekilde yuvarlak olmalıdır.
4. 100 cm uzunluğunda PTFE kaplı rehber tel olmalıdır.
5. Stentin üzerinde her santimetrede bir çizgi olmalıdır.
6. Stentin 45 cm uzunluğunda, poliüretandan üretilmiş ve stentle aynı kalınlıkta üretilmiş eşleştirme sistemli itici bulunmalıdır.
7. Stentin gövdesinde ve looplarında drenaj delikleri bulunmalıdır
8. Ürün 4 FR kalınlıkta, 20 cm uzunlukta olmalıdır.
9. Ürün içerisinde klemp ve hasta bilgilerinin kaydedildiği sticker bulunmalıdır.
10. İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.


  
Doç. Dr. Hakan İlker TSKAPU  
N.E.Ü. Erzurum Tıp Fak. Hast.  
Üroloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 2000

  
Doç. Dr. Yunus Emre GÖGER  
N.E.Ü. Erzurum Tıp Fak. Hast.  
Üroloji Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 105586

**T.C.**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ**  
**ÜROLOJİ ANABİLİM DALI**  
**DORMİA BASKET NİTİNOL 1.9 F ŞARTNAMESİ**

1. Üriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır.
2. Tipless yapıda olmalıdır.
3. Kateter,hafızalınitinol telden ve fleksible yapıda olmalıdır.
4. Basket katetersheathi; uretreskopi işlemi esansında manipülasyon ve defleksiyona olanak sağlayacak şekilde flexible yapıda olmalıdır.
5. Basket kateterin uç kısmı temas ettiği dokuyu travmatize etmeyecek şekilde atravmatik özellikli dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Kateterin üzerinde plastikten üretilmiş unidexhandle 1 olmalıdır.
7. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır.
8. Kateter üretere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. 1.9 - 3 f çap,65-120 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
10. Basket kateterin çapı 1-2 cm olmalıdır.
11. Hepsini aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
12. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
13. İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

  
Doktor Öğretim Üyesi  
Dr. Mehmet Öztürk  
N.E.Ü. Necmettin Erbakan Hast.  
Üroloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 2003

  
Doç. Dr. Yunus Emre GÖGER  
N.E.Ü. Necmettin Erbakan Hast.  
Üroloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 105586

**T.C.**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ**  
**ÜROLOJİ ANABİLİM DALI**  
**ZERA TİP BASKET KATATER 1.9 - 2.4 – 3.0 FR ZERO TİP NİTİNOL BASKET**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Nitinol Basket Zero Tip dizaynında olmalıdır.
- 2- Nitinol Basket özel esnek Nikel-Titanyum (Nitinol) radiopak solid bir metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.
- 3- Nitinol Basket 4 telli olmalıdır.
- 4- Nitinol Basket kateterinin 1.9Fr, 2.4Fr ve 3.0Fr'lik dış çap seçenekleri olmalıdır.
- 5- Nitinol Basketinin dış çapı:
  - a. 1.9Fr için: 12mm olmalıdır.
  - b. 2.4Fr için: 12mm olmalıdır.
  - c. 3.0Fr için: 16mm olmalıdır
- 6- Nitinol Basketinin 90cm ve 120 cm kateter uzunluk seçenekleri olmalıdır.
- 7- Nitinol Basket telinin gövde kısmının dışı polyimide ve PTFE kaplı olmalıdır.
- 8- Nitinol Basketin gövde telin dışındaki kılıf kısmı karma yapıda olmalıdır, basketin distal ucunda 10cm'lik yumuşak bölüm bulunmalı ve en ucunda 2cm tekrar sertleşmelidir.
- 9- Nitinol Basketin ambalajı üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 10- Nitinol Basket teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 11- Nitinol Basket steril ve tek kullanımlık olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

  
Doktor Öğretim Üyesi  
Dr. Hakan Tazkapu  
N.E.Ü. Erbakan Tıp Fak. Hast.  
Üroloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 2033

  
Doktor Öğretim Üyesi  
Dr. Feriye Şenol  
N.E.Ü. Erbakan Tıp Fak. Hast.  
Üroloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 105585