

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

19.02.2026

İstem No : 112649
Alım No : 26/380
Talep Eden Birim : ANESTEZİ KLİNİĞİ
Konu : ANESTEZİ KLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 24.02.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ANESTEZİ CİHAZI SOLUNUM DEVRESİ PEDIATRİK (TEK KULLANIMLIK)		OR2680 - 51	100,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARI ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARI ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Nümuneye istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir. Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasüyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili

malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

- NOT:
- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDİR.
 - 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
 - 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
 - 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
 - 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

SOLUNUM DEVRESİ PEDIATRİK (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anestezi devresi inspirasyon hattı, ekspirasyon hattı ve balon hortumu, şeffaf balon konnektörü, CO2 samplelineelbowkonnektörden oluşmalıdır.
2. Anestezi devresi şeffaf olmalıdır.
3. Anestezi devresi inspirasyon ve ekspirasyon hatlarını birleştiren 'Y' konnektörü olmalıdır.
4. Anestezi devresi yetişkinler için kullanılabilir set halinde tek kullanımlık özellikte ve en az 150 cm. ile 180 cm arası(balon hortum uzunluğu dahil) ve 2 lt. balon olmalıdır.
5. Anestezi devresi tek kullanımlık olmalı ve latex içermemelidir.
6. Hasta devresini oluşturan parçaların hepsi aynı marka olmalıdır.
7. Hasta devresi ameliyathanede kullanılan anestezi cihazına kaçak yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı ve her set içerisinde bakteri ve viral filtre 2 adet olmalıdır.
8. Anestezi devresi cihaza bağlanan kısımları güçlendirilmiş konnektör içermeli ve kalibrasyon aşamasında kaçak yapmayacak şekilde hortum ve konektörler birbirlerine sıkı bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
9. Anestezi devreleri alım aşamasında numuneleri cihazda kaçak kontrolleri değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.

TB24147 -) SPİNAL İĞNE QUINCKE UÇLU 25G (120 MM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Spinal anestezi iğnesi Quincke uçlu olmalıdır.
2. BOS'un kısa sürede eldesi sağlanmalıdır.
3. Ponsiyon kontrolü için şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır.
4. Renk kodlu mandrenli olmalı ve mandren kanüle tam oturmalıdır, mandren Spinal iğne içerisinde gevşek oturmamalıdır.
5. Mandren ve Spinal iğnenin içi yüzü pürüzsüz olmalı, metal partikülleri oluşturabilecek metal sürtünmesi oluşturmamalıdır.
6. Kanülün koruyucu kapağı Spinal iğne üzerinde tam oturmalıdır.
7. Çap 25 G. uzunluk 118 ile 122 mm arasında olmalıdır.
8. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.



Doç. Dr. Resat YILMAZ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Dip. Tes. No: 126404