

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 113015
Alım No : 26/494
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ SERVİSİ
Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 16.03.2026 14:00

09.03.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	BİPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU			20,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.


- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Bipolar Yüksek Frekans Kablosu Şartnamesi

- Teklif edilen kablo klinikte kullanılan yüksek frekans ünitesi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Teklif edilen ürün klinikte kullanılan bipolar rezektoskop seti (storz markaya uyumlu) ile uyumlu olmalıdır. Çift bacaklı looplar için tasarlanmış olmalıdır.
- 400 cm uzunluğunda olmalıdır.


Doç. Dr. Hakan Tazkay
N.E.Ü. Necmettin Erbakan Üni. Fak. Hast.
Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 2023


Doç. Dr. Yavuz Emre ÇOGELİ
N.E.Ü. Necmettin Erbakan Üni. Fak. Hast.
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 105585