

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 111672
Alım No : 26/49
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ SERVİSİ
Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 19.01.2026 10:00

15.01.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	DOUBLE J KATETER SETİ 4.8F 28 CM (KALICI)		UR1036 - 57	20,00	ADET		
2	DOUBLE J KATETER SETİ 6F 28 CM (KALICI)		UR1035 - 30	10,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasıyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:


- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Double J Kateter Seti Kalıcı (6 Fr 28 Cm) Şartnamesi

1. Stent radyoopak Wiruthan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Stentin distal ucu kapalı ve proksimal ucu açık olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Stentin üzerinde her 5 cm'de kalın her 1 cm'de de ince cm marker ve proksimal uçta da kalın marker olmalıdır.
4. Dj kateterin ucu üretere yerleştirme işleminde travmaya neden olmayacak şekilde yuvarlak olmalıdır.
5. Stentin gövdesinde ve looplarında drenaj delikleri bulunmalıdır.
6. Stentin içinde en az 100 cm uzunluğunda PTFE kaplı bir ucu esnek bir ucu sert kılavuz tel olmalıdır.
7. Stentin en 45 cm uzunluğunda, poliüretandan yapılmış, stentle aynı kalınlıkta üretilmiş ve belirtilen tüm kalınlıklarda standart olarak bulunan basit itici bulunmalıdır.
8. Ürün 6 FR kalınlıkta, 28 cm uzunlukta olmalıdır.
9. Ürün içerisinde klavuz telin tesbiti için klemp, hasta bilgilerinin kaydedildiği kart ve dokümantasyon için sticker bulunmalıdır.
10. Stentin üzerinde markası ve ölçüleri belirtilmiş olmalıdır
11. Ürün tekli steril pakette paketlenmiş olarak sunulmuş olmalıdır.
12. İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.


Doç. Dr. Alakki TASHKAPU
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 65778


Doç. Dr. Yunus Emre DOĞER
NEÜ Meram Tıp Fak. Hast
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 105585

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Double J Kateter Seti Kalıcı (4.8 Fr 26 Cm, 48 Fr 28 Cm) Şartnamesi

1. Stent radyoopak Wiruthan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Stentin distal ucu kapalı ve proksimal ucu açık olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Stentin üzerinde her 5 cm'de kalın her 1 cm'de de ince cm marker ve proksimal uçta da kalın marker olmalıdır.
4. Dj kateterin ucu üretere yerleştirme işleminde travmaya neden olmayacak şekilde yuvarlak olmalıdır.
5. Stentin gövdesinde ve looplarında drenaj delikleri bulunmalıdır.
6. Stentin içinde en az 100 cm uzunluğunda PTFE kaplı bir ucu esnek bir ucu sert kılavuz tel olmalıdır.
7. Stentin en 45 cm uzunluğunda, poliüretandan yapılmış, stentle aynı kalınlıkta üretilmiş ve belirtilen tüm kalınlıklarda standart olarak bulunan basit itici bulunmalıdır.
8. Ürün 4.8 FR kalınlıkta, 26-28 cm uzunlukta olmalıdır.
9. Ürün içerisinde klavuz telin tesbiti için klemp, hasta bilgilerinin kaydedildiği kart ve dokümantasyon için sticker bulunmalıdır.
10. Stentin üzerinde markası ve ölçüleri belirtilmiş olmalıdır
11. Ürün tekli steril pakette paketlenmiş olarak sunulmuş olmalıdır.
12. İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.


Doktor Öğretim Üyesi
Hakan Hakkı TAŞKAPU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 65778


Doç. Dr. Yunus Emre GÖGER
N.E.Ü. Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fak. Hast.
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 105585