

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 111587
Alım No : 26/54
Talep Eden Birim : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 26.01.2026 14:00

19.01.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ULTRASON PROBU			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ;90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.


NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

B SCAN ULTRASON PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Problar kliniğimizde kullanılan Quantel Medical Marka Compact Touch model ultrasona uygun olacaktır.
2. B Scan probunun çalışma frekansı 10 MHz olmalıdır.
3. B Scan probu kalıcı şekilde yağ doldurulmuş kapalı sistem olmalıdır.
4. B scan probunun focus uzunluğu 24 ile 26 mm arasında olmalıdır
5. B scan probunun tarama açısı 50 derece olmalıdır.
6. B scan probunun aksiyel çözünürlüğü 200 micron, lateral çözünürlüğü 600 mikron olmalıdır.
7. Cihazın tam kapasite ve sağlıklı çalışabilmesi için Türkiye’de yerleşik bir bakım onarım servisi bulunmalıdır. TSE hizmet yeterlilik belgesine haiz olmalıdır.
8. Cihazın ilerideki yıllarda olabilecek parça ihtiyacını gidermek amacıyla, teslim tarihinden itibaren 10 yıl yedek parça garantisini vermelidir.
9. Cihaz en az 2 yıl süre ile bakım ve yedek parça garantili olmalıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 115464 / 80325


Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman GÜNDOĞAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 193902


Prof. Dr. Mehmet OKKA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 35798/47698