

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

25.03.2026

İstem No : 113414
Alım No : 26/583
Talep Eden Birim : ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI LAB.
Konu : ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI LAB. İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 27.03.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	BAKTERİ FİLTRESİ (SOLUNUM FONKSİYONLU)		OR2740 - 12	1.000,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

*** ÖDEMELER; DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE 150 GÜN İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ VEYA VEKİLİNE YAPILACAKTIR.**

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.

12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

SOLUNUM FONKSİYON (SFT) BAKTERİYAL FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtreler şeffaf tekli OPP ambalajlarda içerisinde tek kullanımlık olmalıdır.
2. Filtre, ekstra ağızlığı gerek kalmadan kullanıma hazır olmalı ağızlık bölümü yetişkin ve çocukların anatomik ağız yapısına uyumlu olmalıdır.
3. Test esnasında, hastanın burnunun filtrasyon haznesine değmemesi için, ağızlık ile hazne arasında mesafe en az 5.5 cm. olmalıdır.
4. Bakteri filtresi ile birlikte burun mandalları aynı paket içerisinde olmalıdır.
5. Yetişkin ve çocuklarda kullanılabilmesi için bakteriyal - viral filtrasyon etkinliğinin maksimum ve istenilen değerlerde sağlanabilmesi, kabul edilebilir rezistans oranı haricinde bir direnç oluşturmaması için filtreleme pedinin alt ve üst katmandan oluşan 3 katlı filtre olması çapı en az 8 cm. ve filtrenin ağızlık kısmından gövdesine bağlanan nokta konik yapıda olmalıdır.
6. Ürünlerin miadı en az dört yıl olmalıdır.
7. Filtrenin gövde çapı en az 9 cm olmalıdır.
8. Ürün bakteriyal - viral filtre olmalıdır. Ürün içerisinde bakteri ve virüslerin tutunabilmesi için, filtre pedinin iki yüzü partiküllere karşı koruyucu makro ve mikro tabaka olmalıdır.
9. Filtreler hastanemizde bulunan mevcut cihazlara uyumlu olacak Klinikte kullanılmakta olan spirometre sistemlerine ait sensörlerin zarar görmemesi için cihazlarda ara adaptör vs. kesinlikle ihtiyaç duyulmadan kullanıma uygun olacaktır.
10. Her iki filtrasyonda da etkinlik **%99.99 dan düşük olmamalıdır** istenilen filtre pedinin alt ve üst katmandan oluşan **bakteriyal ve viral filtrasyon** raporlarda belirtilmelidir.
11. Teklif edilen nihai ürüne ve ürün içerisindeki filtreleme pedine ait bakteri ve virüs filtrasyon raporları olmalıdır.
12. Her ürün içerisinde tek kullanımlık mandal olmalıdır.
13. Bakteri filtresinin hava akım rezistansı, hem nefes alma, hem de nefes verme sırasında 0.70' den fazla olmamalıdır. Ayrıca filtrede ölü boşluk, 75 ml'den büyük olmamalıdır.
14. Filtreler tekli ambalajlarda ve kullanım bilgileri ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereğince olması gereken tüm bilgiler yer almalı
15. Ürünün üzerinde üretici firmanın markası olmalıdır.
16. Teslim edilen ürünler kliniğin talebi olduğunda istenilen ölçülerle 5 gün içerisinde değişim yapılması için değişim **TAAHHÜT'ü** verebilmelir.
17. Ürünler UBB kodları teklifle beraber verilmelidir.

Prof. Dr. Sevgi PEKCAN
M.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Akut Göğüs Hastalıkları B.D
Dip. Tes. No: 35412

Prof. Dr. V. Meltem ERLER
M.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.D Öğretim Üs.
Dip. Tes. No: 35412