

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 113215
Alım No : 26/590
Talep Eden Birim : KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 02.04.2026 14:00

26.03.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU			2,00	ADET		
2	DİYOT LAZER CİHAZI FİBER PROBU 400			2,00	ADET		
3	ULTRASON PROBU			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(2 sayfa)

NEÜ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI

TEKNİK ŞARTNAME

1.FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU – TH10256

Teklif edilen ışık kablosu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;

1. En az 3 m uzunluğunda ve en az 4,25 mm kalınlığında olmalıdır.
2. RoHS uyumlu materyalden üretilmelidir.
3. Mekanik basınç ve otoklava karşı dayanıklı bileşik optik fiberlerden oluşmalıdır.
4. Optimal ışık iletimi silikon tüp ile bükülmeye karşı izolasyon korumalı olmalıdır.
5. Otoklavlanabilmelidir.

Olympus cihaza uyumlu olmalıdır.

2. DİYOT LAZER CİHAZI FİBER PROBU 400 TEKNİK ŞARTNAMESİ – TH14800

1. Prob, Hastanemizdeki Dornier marka Multibeam model Diyot Lazer cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Prob, fiberden üretilmeli ve core çapı 400 mikrometre olmalıdır.
3. Prob, optik yalıtıcı ve koruyucu kılıf ile kaplı olmalıdır.
4. Prob uzunluğu 3 metreden fazla olmalıdır.
5. Luer konektör ile sonlandırılmış olmalıdır.
6. Prob üretici onaylı ya da tarafından üretilmiş olmalıdır.
7. Probu verecek firma, cihazın teknik servis kitabında bulunan prosedürü uygulayarak, bakım ve kalibrasyonlarını yapmalı ve belgelendirmelidir.
8. Bakım ve kalibrasyon yetkili firma tarafından yapılmalıdır.
9. Prob cihaza takılıp, enerji ölçümleri yapılarak teslim alınacaktır.

Malzeme kullanılıp değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Dr.Öğretim Üyesi Kübra GÜNDOĞAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Satınalma Birim Temsilcisi

Prof.Dr.Ali ACAR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Satınalma Birim Temsilcisi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ

1 ADET ULTRASON PROBU ALIM İ TEKNİK ŞARTNAMESİ (TH10842)

1. Teklif edilen prop kliniğimizde kullanılan SAMSUNG Marka H60 model ultrasonla tam uyumlu ve sorunsuz çalışmalıdır. Prop cihaza takıldığında cihaz tarafından otomatik olarak algılanmalı ek bir ayar gerekmemelidir.
2. 1 Adet CA1-7 AD KONVEKS prop alınacaktır.
3. Teklif edilen prop tamir görmemiş, hiç açılmamış, yeni, orijinal parça olmalıdır.
4. Teklif edilen probun üzerinde ürün kodu, seri numarası okunaklı bir şekilde yazmalıdır.
5. Teklif edilen prop 2 (iki) yıl süre ile garantili olmalıdır.
6. Teklif edilen prop hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
7. Yüklenici her türlü can, mal ve iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
8. Teklif edilen prop ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
9. Teklif edilen prop cihazda uzmanlarca denenerek cihazın çalışma performansı test edilecek, daha sonra uygunluk verilecektir.

Dr.Öğretim Üyesi Kübra GÜNDOĞAN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Satınalma Birim Temsilcisi

Prof.Dr.Ali ACAR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Satınalma Birim Temsilcisi