

TEKL F STEME FORMU

stem No : 112974
Alım No : 26/597
Talep Eden Birim : TEKN K H ZMETLER
Konu : TEKN K H ZMETLER Ç N 1 KALEM DAYANIKLI TA INIR ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 17.04.2026 14:00

10.04.2026

HT YAÇ L STES

| Sıra No | Malzeme Cinsi | Açıklama | Resmi Kodu | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|---------------------------|----------|------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1 | HASTA BAŞI MON TÖR MODÜLÜ | | | 2,00 | ADET | | |

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve ka eler açık bir ekilde yazılmı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ;30 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ İÇİN TAŞINABİLİR
HASTA MONİTÖRÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz YOĞUN BAKIM ünitelerinde bulunan PHILIPS marka MX800 model hasta başı monitörü cihazları için 2 (İKİ) adet taşınabilir bataryalı ekranlı monitör alınacaktır.
2. Monitörler kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip aktif matris renkli LCD ekranlı olacaktır.
3. Monitörlerin ekranı 6,1 inch (15.5 cm) boyunda olacaktır. Ağırlığı en fazla 1.6 kg olacaktır. Monitörün tamamının ölçüleri 249*97*111 mm olacaktır.
4. Monitörlerin çözünürlüğü 1024*480 piksel olacaktır.
5. Monitörün dahili bataryası ile en az 5 (beş) saat takip yapılabilirdir.
6. Monitör ekranında aynı anda en az 3 adet ölçüm dalgası görülebilmelidir.
7. Monitörün desteklenen ekran yönleri 0, 90 180 derece olmalıdır.
8. Monitörlerde EKG,SPO2, NIBP, IBP VE SICAKLIK parametreleri görülecektir. Parametrelere ait tüm ölçüm kablolarından verilecektir.
9. Kullanılan SPO2 NELLCOR OXIMAX özellikte olacaktır.
10. Teklif edilen monitörler 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.
11. Teklif edilen monitörler hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
12. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
13. Teklif edilen monitörler ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
14. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
15. Teklif veren firmanın yetkili satıcı belgesi, satış ve teknik servis desteği verebildiğine dair belgeleri olmalıdır.

Ahmet KURTULUK
N.E. Erbakan Üni. Fak. Hast.
Yoğun Bakım ve Kalibrasyon Birliği
Yoğun Bakım Teknikeri

Pınar KAMRIZ
N.E. U. Meram Tıp Fak.
Yoğun Bakım ve Kalibrasyon Birliği
Yoğun Bakım Teknikeri