

## TEKL F STEME FORMU

stem No : 113607  
Alım No : : 26/611  
Talep Eden Birim : TEKN K H ZMETLER  
Konu : TEKN K H ZMETLER Ç N 1 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 08.04.2026 14:00

01.04.2026

## HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SU POMPASI MOTORU			1,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.  
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve ka eler açık bir ekilde yazılmı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SAF SU SİSTEMİ  
İÇİN POMPA MOTORU ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz STERİLİZASYON ünitesinde bulunan SAF SU sistemi için 4.5 bar basınç değerinde max.1000 watt gücünde POMPA MOTORU alınacaktır.
2. Teklif edilecek motor su ihtiyacı olduğunda otomatik olarak çalışacak ve ihtiyaç bittiğinde duracaktır.
3. Teklif edilecek motor pompası kendinden emişli olmalıdır.
4. Teklif edilecek motor düşük gürültülü çalışmalıdır.
5. Teklif edilecek pompa motorunda yüksek sıcaklık ve kuru çalışma koruması olmalıdır. Arıza esnasında alarm ledi yanmalıdır.
6. Teklif edilecek pompa üzerinde elektronik kontrol ve led göstergeleri bulunmalıdır.
7. Teklif edilecek motor üniteye bulunan sistemle tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
8. Teklif edilen motor kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
9. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
10. Teklif edilen motor ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
11. Teklif veren firma teklif ettiği motorun montajını yapacak, sistemi çalışır durumda teslim edecektir.
12. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır. Pompanın CE sertifikası olmalıdır.
13. Teklif edilen ürünler 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

Pınar KAMŞIZ  
NEÜ Meram Tıp Fak. Hast.  
Sürekli Gözetim ve Kalite Kontrol Birim.  
0382 222 22 22

Eşref Kemal GÜNGÖR  
İnşaat Y. Müh.